


Catalogo

KOHNO ONE



Kohno One



Sistema implantologico

Superficie ZirTi

Legenda dei codici impianti

4
4
5



La gamma

Impianti Kohno One

6
6



Strumentazione chirurgica

Kit chirurgico Kohno One

Kit completo per i sistemi Premium Kohno One

Frese iniziali e intermedie

Frese finali e relativi stop

Reply: repliche per impianti Kohno One

Frese countersink

Frese per settori distali

Maschiatori

Profilatori d'osso

Osteotomi

Strumenti complementari

8
8
10
12
14
16
18
19
20
21
22
24



Componenti protesiche

Piattaforme implantari e combinazioni protesiche

Connessione Collex One

Il vantaggio biologico del Platform Switching

Transmucose di guarigione

Fase di impronta e modello

Pilastrini provvisori

Pilastrini preformati

Pilastrini fresabili

Soluzioni d'eccellenza: protesi per tecnica verticale

Pilastrini preformati XA

Pilastrini calcinabili con base in lega aurea, titanio e cromo cobalto

Pilastrini interamente calcinabili

Dynamic Abutment

P.A.D. (Protesi Avvitata Disparallela)

P.A.D. per tecnica "D.P.F." (Direct Prosthetic Framework)

Protesi Conoweld

Protesi su abutment Plain

Protesi individualizzata ECHO

T-Connect

Abutment Locator


Accessori per overdenture su abutment Locator

Overdenture ancorata tramite attacchi sferici

Accessori per overdenture su attacchi sferici

Overdenture su barre

30
30
31
31
32
34
38
40
44
44
46
48
52
54
56
56
58
64
66
70
72
76
78
80
82
84
85



Indicazioni generali

Composizione dei materiali

Consigli per la sovrapposizione con leghe vili

86
86
94




Bibliografia relativa agli impianti Sweden & Martina dal 2013



95

Superficie ZirTi

Gli impianti Kohno One sono disponibili con trattamento di **superficie ZirTi**, caratterizzata da sabbiatura con ossido di zirconio e mordenzatura con acidi minerali, e **collo UTM** (Ultrathin Threaded Microsurface).



Il collo presenta una **superficie UTM** che consente il perfetto controllo del diametro di connessione e **previene l'accumulo di placca** a livello della giunzione con il pilastro



La sabbiatura con ossido di zirconio e la mordenzatura con acidi minerali sono tecniche che conferiscono alla superficie la caratteristica micromorfologia **in grado di aumentare notevolmente la superficie di contatto osso-impianto e favorire l'osteointegrazione**

Legenda dei codici impianti

I codici degli impianti sono cosiddetti “parlanti”, ovvero consentono una facile identificazione del pezzo. Segue tabella esplicativa del funzionamento del codice parlante, prendendo come esempio **K-ZT-380-115**:


tipo di impianto	superficie	diametro	lunghezza
K-	ZT	380	115-
K : impianto \varnothing 3.80 mm KS : impianto \varnothing 4.25 o \varnothing 5.00 mm	ZT : superficie ZirTi	380 : 3.80 mm 425 : 4.25 mm 500 : 5.00 mm È la misura del diametro della connessione dell'impianto	100 : 10.00 mm 115 : 11.50 mm 130 : 13.00 mm 150 : 15.00 mm 180 : 18.00 mm Esprime la lunghezza dell'impianto

Tutte le misure presenti nel seguente catalogo sono da intendersi in mm, salvo dove diversamente indicato.

Tabella codici colore

All'interno del sistema implantologico Kohno One è stato definito un sistema di codice colore che identifica il diametro endosseo dell'impianto.

Sono inoltre identificati tramite il codice colore le frese finali e il percorso sul tray chirurgico.

















\varnothing impianto	3.80	4.25	5.00
codice colore sulla confezione			

Nota bene: gli impianti di \varnothing 4.25 e 5.00 riportano sulla confezione il nome Kohno One per distinguerli dalla versione precedente, con connessione diversa. Gli impianti di \varnothing 3.80 invece non riportano tale dicitura in quanto non hanno subito variazioni.

Impianti Kohno One

Gli impianti Kohno One sono caratterizzati da forma endossea troncoconica e collo UTM alto 0.80 mm. La gamma presenta la connessione Collex One per i tre diametri della sistematica. Gli impianti Kohno One sono realizzati a partire da barre in titanio Gr. 4 ottenute da una **lavorazione cold worked**.




ϕ impianto	3.80	4.25	5.00
10.00	K-ZT-380-100 	KS-ZT-425-100 	KS-ZT-500-100 
11.50	K-ZT-380-115 	KS-ZT-425-115 	KS-ZT-500-115 
13.00	K-ZT-380-130 	KS-ZT-425-130 	KS-ZT-500-130 
15.00	K-ZT-380-150 	KS-ZT-425-150 	-
18.00	K-ZT-380-180 	KS-ZT-425-180 	-
Viti chirurgiche di chiusura*	A-VT-380 	SH-VT-425-BL 	SH-VT-500-VI 

*Ogni impianto viene venduto con la rispettiva vite chirurgica di chiusura, realizzata anch'essa in titanio Gr. 4.
 Le viti chirurgiche sono disponibili anche in vendita singola in confezione sterile e vanno serrate a 8-10 Ncm.
 Nel caso in cui venga adottato un protocollo di Platform Switching a partire dalla fase iniziale di guarigione, le viti chirurgiche di chiusura di diametro inferiore possono essere acquistate separatamente.

Kit chirurgico Kohno One



Il kit chirurgico Kohno One è stato studiato e realizzato per offrire semplicità di utilizzo e immediatezza nella successione della sequenza degli strumenti. Questi ultimi, tutti in acciaio per uso chirurgico, hanno le descrizioni serigrafate sul tray in modo da consentire all'utilizzatore una più facile identificazione di ciascuno strumento e il successivo riposizionamento dopo le fasi di detersione e pulizia, con l'ausilio di un sistema di codici colore che tracciano le procedure chirurgiche idonee per i vari diametri implantari. Il kit chirurgico Kohno One comprende anche lucidi con la rappresentazione grafica delle misure degli impianti per consentire tramite analisi radiografica o tomografica la scelta degli impianti nei diametri e lunghezze più appropriati.

Le dimensioni compatte del kit lo rendono molto pratico nell'uso quotidiano e nel trasporto



È incluso anche un pratico cricchetto che svolge sia la funzione di chiave dinamometrica per il controllo del torque di chiusura delle viti protesiche che di chiave chirurgica durante l'inserimento degli impianti. Il cricchetto ha la testa molto piccola, che ne rende agevole l'utilizzo anche nei settori distali


Il kit è costituito da un pratico box in Radel che contiene un tray chirurgico predisposto per alloggiare la strumentazione secondo un percorso guidato. Le sequenze di utilizzo degli strumenti sono indicate da tracce colorate

descrizione	codice
<p>Kit chirurgico grommetless completo degli strumenti necessari per gli impianti Kohno One</p>	<p>ZKOHNO-ONE-INT</p> 
<p>Cassetta portastrumenti grommetless in Radel per gli strumenti per Kohno One</p>	<p>K-TRAY-INT</p> 

Kit completo per i sistemi Premium Kohno One



Il kit chirurgico combinato dei sistemi Premium Kohno One contiene la strumentazione per la fase chirurgica e la fase protesica delle fixture delle due sistematiche implantari. La cassetta portastrumenti, in Radel autoclavabile, offre semplicità di utilizzo e immediatezza nella successione della sequenza degli strumenti, con l'ausilio di un sistema di codici colore che tracciano le procedure chirurgiche più idonee per i vari diametri implantari. Le descrizioni di questi strumenti sono indicate sul tray e consentono all'utilizzatore una più facile identificazione di ciascuno strumento e il successivo riposizionamento dopo la fase di detersione e pulizia. Unitamente al kit chirurgico vengono forniti i lucidi radiografici degli impianti per consentire tramite analisi radiografica o tomografica la scelta degli impianti nei diametri, lunghezze e morfologie più appropriati.

Tutte le frese dispongono di pratici stop di profondità che possono essere inseriti con grande semplicità e rimossi dalle frese in direzione punta -> gambo



Sono inclusi gli avvitatori per le viti chirurgiche di chiusura. Inoltre sono presenti gli avvitatori protesici, anche in versione con raccordo per cricchetto, per il serraggio delle viti protesiche

Sono incluse le repliche Reply per il controllo della preparazione del sito e del parallelismo tra gli impianti relative alla sistematica Kohno One


descrizione	codice
<p>Kit chirurgico grommetless completo degli strumenti necessari per gli impianti Premium Kohno One</p>	<p>ZPREKOH-ONE-INT</p>  A photograph of a surgical instrument kit, model ZPREKOH-ONE-INT. The kit consists of a white plastic tray with a blue handle, containing various surgical instruments such as forceps, scissors, and probes, all organized in a grid. The instruments are color-coded with green, pink, and blue handles.
<p>Cassetta portastrumenti grommetless in Radel per gli strumenti Premium Kohno One</p>	<p>AK-TRAY-INT</p>  A photograph of an instrument tray, model AK-TRAY-INT. It is a white plastic tray with a blue handle, designed to hold surgical instruments. The tray is shown with several instruments placed inside, including forceps and probes, arranged in a grid pattern. The instruments have color-coded handles (green, pink, blue).

Frese iniziali e intermedie

Tutte le frese Sweden & Martina sono realizzate in acciaio chirurgico inossidabile caratterizzato da alta resistenza alla corrosione e all'usura. L'estrema accuratezza di progettazione e realizzazione permettono un utilizzo in totale assenza di vibrazioni ed oscillazioni.

Fresa lanceolata: molto tagliente e precisa, facilita l'apertura del sito implantare, soprattutto in caso di osso corticale molto duro


Fresa pilota e fresa intermedia: le diverse altezze delle marcature laser consentono una miglior visibilità in campo chirurgico e una maggiore riconoscibilità dei diversi livelli di profondità durante le fasi di utilizzo











LL: Lunghezza totale della parte lavorante, inclusa la punta.



LS: Lunghezza della punta. Questa misura deve essere calcolata in aggiunta alla lunghezza del foro della preparazione.

Nota bene: le frese iniziali realizzano sempre un foro più lungo dell'impianto che si desidera inserire. Il sovradimensionamento (LS) è pari all'altezza della punta della fresa che si sta utilizzando. Si veda disegno sovrastante.




fresa lanceolata	fresa pilota	fresa conica intermedia
<p>FS-230 fresa lanceolata di precisione</p>  <p>4.80</p>	<p>CSR-FP-200 fresa pilota</p>  <p>17.42 0.58</p>	<p>SE-FK250 fresa conica intermedia</p>  <p>18.00 0.50 ø 2.50...</p>

stop per fresa pilota e fresa conica intermedia				
<p>CSR-STOP-2028-085 stop 8.50 mm per fresa pilota e fresa intermedia</p> 	<p>CSR-STOP-2028-100 stop 10.00 mm per fresa pilota e fresa intermedia</p> 	<p>CSR-STOP-2028-115 stop 11.50 mm per fresa pilota e fresa intermedia</p> 	<p>CSR-STOP-2028-130 stop 13.00 mm per fresa pilota e fresa intermedia</p> 	<p>CSR-STOP-2028-150 stop 15.00 mm per fresa pilota e fresa intermedia</p> 

frese intermedie opzionali	
<p>FG-200/280XS fresa intermedia ø 2.00 - 2.80 mm</p>  <p>10.00 8.50 ø 2.80 ø 2.00</p>	<p>FG-330/425XS fresa intermedia ø 3.30 - 4.25 mm</p>  <p>10.00 8.50 ø 4.25 ø 3.30</p>

Frese finali e relativi stop

Realizzate anch'esse in acciaio per uso chirurgico con alta resistenza alla corrosione e all'usura, le frese finali per Kohno One presentano un numero di taglienti proporzionato al diametro del foro, in modo da consentire un movimento di taglio continuo e omogeneo e una maggiore stabilità dello strumento durante le fasi operatorie. Tutto ciò consente di ottenere preparazioni implantari di altissima precisione, con conseguente facilità nella fase di inserimento dell'impianto.



Gli anelli colorati rendono semplice il riconoscimento degli strumenti dedicati a ogni diametro impiantare

Gli stop si inseriscono dalle punte delle frese, con grande facilità e rapidità

















LL: Lunghezza totale della parte lavorante, inclusa la punta.

LS: Lunghezza della punta. Questa misura deve essere calcolata in aggiunta alla lunghezza del foro della preparazione.



Nota bene: le frese realizzano sempre un foro più lungo dell'impianto che si desidera inserire. Il sovradimensionamento (LS) è pari all'altezza della punta della fresa che si sta utilizzando.

Si veda disegno sovrastante.

ϕ impianto	3.80	4.25	5.00
10.00	FKT3-380-100  ϕ 3.15... 0.58 10.58	FKT3-425-100  ϕ 3.55... 0.64 10.64	FKT3-500-100  ϕ 4.30... 0.75 10.75
11.50	FKT3-380-115  ϕ 3.15... 0.58 12.08	FKT3-425-115  ϕ 3.55... 0.64 12.14	FKT3-500-115  ϕ 4.30... 0.75 12.25
13.00	FKT3-380-130  ϕ 3.15... 0.58 13.58	FKT3-425-130  ϕ 3.55... 0.64 13.64	FKT3-500-130  ϕ 4.30... 0.75 13.75
15.00	FKT3-380-150  ϕ 3.15... 0.58 15.58	FKT3-425-150  ϕ 3.55... 0.64 15.64	-
18.00*	FKT3-380-180  ϕ 3.15... 0.61 18.58	FKT3-425-180  ϕ 3.55... 0.64 18.64	-
stop	STOP4-380 	STOP4-425 	STOP4-500 














* Le frese finali di altezza 18.00 non sono contenute nel kit chirurgico, sono ordinabili separatamente e singolarmente.

Reply: repliche per impianti Kohno One

Le repliche Reply sono realizzate in titanio Gr. 5 e replicano la morfologia delle frese finali degli impianti della sistematica Kohno One. Sono utili per verificare la profondità della preparazione fatta con le frese finali, nonché per verificare l'asse del sito implantare.

Le repliche Reply sono contenute nel kit chirurgico del sistema Kohno One.



\varnothing impianto	3.80	4.25	5.00
Replica per impianto conico di altezza 10.00 mm	K-380-100-RP 	K-425-100-RP 	K-500-100-RP 
Replica per impianto conico di altezza 11.50 mm	K-380-115-RP 	K-425-115-RP 	K-500-115-RP 
Replica per impianto conico di altezza 13.00 mm	K-380-130-RP 	K-425-130-RP 	K-500-130-RP 
Replica per impianto conico di altezza 15.00 mm	K-380-150-RP 	K-425-150-RP 	-
Replica per impianto conico di altezza 18.00 mm*	K-380-180-RP 	K-425-180-RP 	-

* Le repliche di altezza 18.00 non sono contenute nel kit chirurgico, sono ordinabili separatamente e singolarmente.

Frese countersink

Opzionalmente sono disponibili delle frese countersink che permettono di preparare l'alloggiamento del collo degli impianti Kohno One in presenza di corticale molto densa. Le frese sono caratterizzate da una porzione apicale che si guida nel foro creato dalla fresa conica finale e da un'altezza standard della parte lavorante pari a 6.60 mm.



Le frese sono disponibili nei diametri 3.80, 4.25 e 5.00 mm

Ø impianto	3.80 mm	4.25 mm	5.00 mm
frese countersink per impianti Kohno One	A-FCC-380	A-FCC-425	A-FCC-500


Le frese countersink non sono contenute nel kit chirurgico, sono ordinabili separatamente e singolarmente.

Frese per settori distali

Sono disponibili opzionalmente frese di lunghezza contenuta molto pratiche nei settori distali in caso di scarsa apertura orale. Sono disponibili in diversi diametri, e sono utili anche nel caso di preparazioni in osso estremamente compatto laddove per la porzione più coronale si voglia allargare il diametro della preparazione di 0.10 mm rispetto alla misura delle frese standard per agevolare l'inserimento degli impianti. Al contrario, in un osso poco compatto possono essere usate per sottopreparare il sito implantare per ottenere una stabilità primaria ottimale.

LL: Lunghezza totale della parte lavorante, inclusa la punta.

LS: Lunghezza della sovrappreparazione. Questa misura deve essere calcolata in aggiunta alla lunghezza del foro della preparazione.



Nota bene: Le frese realizzano sempre un foro più lungo dell'impianto che si desidera inserire. Il sovradimensionamento (LS) è pari all'altezza della punta della fresa che si sta utilizzando. Si veda disegno sovrastante.


∅ frese	2.00	2.80	2.90	3.00	3.20
frese per settori distali	FFT5-200-LXS	FFT5-280-LXS	FFT5-290-LXS	FFT5-300-LXS	FFT5-320-LXS
∅ frese	3.30	3.40	3.60	4.25	4.45
frese per settori distali	FFT5-330-LXS	FFT5-340-LXS	FFT5-360-LXS	FFT5-425-LXS	FFT5-445-LXS










Le frese per settori distali non sono contenute nel kit chirurgico, sono ordinabili separatamente e singolarmente. Non possono essere utilizzate con gli stop di profondità.

Per la morfologia dell'impianto Kohno One si consiglia di utilizzare le frese per settori distali, che sono cilindriche, non oltre la prima tacca da 7.00 mm, e comunque verificando sempre la congruenza del diametro della fresa con il diametro minimo dell'impianto.

Maschiatori

Gli impianti Kohno One sono impianti automaschianti e con un'ottima capacità di taglio e facili all'inserimento; l'uso del maschiatore è tuttavia raccomandato in tutti i casi in cui il tipo di osso lo richieda al fine di facilitare l'inserimento della fixture. Sono disponibili sia con gambo per contrangolo che con raccordo esagonale per cricchetto dinamometrico.










Ø impianto	3.80 mm	4.25 mm	5.00 mm
Maschiatori con attacco per contrangolo per impianti Kohno One*	A-MS-380-CA Ø 2.30	A-MS-425-CA Ø 2.50	A-MS-500-CA Ø 3.55
Maschiatori con raccordo per cricchetto per impianti Kohno One	A-MS-380 Ø 2.30	A-MS-425 Ø 2.50	A-MS-500 Ø 3.55
Maschiatori corti con raccordo per cricchetto per impianti Kohno One*	A-MS-380 Ø 2.25	A-MS-425 Ø 2.45	A-MS-500 Ø 3.50

*Non inclusi nel kit chirurgico, sono ordinabili separatamente e singolarmente.

Profilatori d'osso

I profilatori d'osso risultano molto utili qualora si voglia, o sia necessario, livellare una cresta ossea molto irregolare a livello coronale, soprattutto in previsione del successivo utilizzo di abutment P.A.D. I profilatori devono essere utilizzati insieme al cilindro guida.




descrizione	3.80	4.25	5.00
Profilatori d'osso stretto per abutment P.A.D.	A-PAD-PS380-S 	A-PAD-PS425-S 	A-PAD-PS500-S 
Profilatori d'osso largo per abutment P.A.D.	A-PAD-PS380-L 	A-PAD-PS425-L 	A-PAD-PS500-L 
Cilindro guida per profilatori d'osso	A-PAD-GUI-PS-230  M 1.8.....	Utilizzare A-PAD-GUI-PS-230	Utilizzare A-PAD-GUI-PS-230


I profilatori d'osso non sono contenuti nel kit chirurgico, sono ordinabili separatamente e singolarmente.

















Osteotomi

Sono disponibili osteotomi per i protocolli di espansione, non inclusi nel kit chirurgico. I codici laserati sui manici riportano il diametro dell'osteotomo, in modo da facilitare il riconoscimento della corretta sequenza chirurgica. Per la loro organizzazione è disponibile un pratico contenitore portastrumenti universale dove riporli.



..... L'utilizzo degli osteotomi è ideale nelle procedure di espansione ossea



ϕ impianto	3.80	4.25	5.00	
Osteotomo per impianti H 10.00 mm	OS-KO-380-10 	OS-KO-425-10 	OS-KO-500-10 	OS-KO-500-10SV 
Osteotomo per impianti H 11.50 mm	OS-KO-380-115 	OS-KO-425-115 	OS-KO-500-115 	OS-KO-500-115SV 
Osteotomo per impianti H 13.00 mm	OS-KO-380-13 	OS-KO-425-13 	OS-KO-500-13 	OS-KO-500-13SV 
Osteotomo per impianti H 15.00 mm	OS-KO-380-15 	OS-KO-425-15 	OS-KO-500-15 	OS-KO-500-15SV 
punta	tonda	tonda	tonda	piatta

descrizione	codice
Contenitore in Radel universale per osteotomi Può contenere fino a 12 strumenti	OS-TRAY 

Strumenti complementari

Tutta la strumentazione complementare necessaria per l'inserimento degli impianti Kohno One, in acciaio chirurgico inossidabile, è studiata per offrire la massima ergonomia e semplicità di utilizzo. Tutti gli strumenti riportano la marcatura laser del codice per una facile identificazione dei pezzi e sono disponibili individualmente come ricambi.




Driver Easy Insert: la particolare geometria dell'esagono aiuta a limitare gli incastri e previene le deformazioni nella connessione implantare

Brugola: un solido aiuto per la rimozione intraoperatoria degli impianti





Avvitatori protesici: progettati per la ritenzione e il fissaggio delle viti protesiche di serraggio

Driver

descrizione	codice	kit
Driver corto con gambo per contrangolo	EASYC4-EX230-CA 	ZKOHNO-ONE-INT
Driver lungo con gambo per contrangolo	EASYL4-EX230-CA 	ZKOHNO-ONE-INT
Driver con raccordo per chiave dinamometrica	EASY4-EX230-EX 	ZKOHNO-ONE-INT

Brugole per la rimozione intraoperatoria degli impianti

descrizione	codice	kit
Brugola corta	BC-EX230 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Brugola lunga	BL-EX230 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente




Chiave dinamometrica con regolazione del torque

descrizione	codice	kit
Chiave completa degli accessori per la regolazione veloce del torque e manutenzione periodica (brugola e lubrificante). La chiave può essere utilizzata in funzione dinamometrica con controllo del torque da 10 a 70 Ncm con regolazioni intermedie a 10-20-25-30-35-50-70 Ncm e di chiave fissa	CRI5-KIT 	ZKOHNO-ONE-INT






Chiave dinamometrica con leva di controllo

descrizione	codice	kit
Chiave dinamometrica con leva di controllo che permette la visualizzazione del torque durante l'utilizzo. Tacche laserate a 0-10-20-30-50-70-90 Ncm	TWL 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente








Avvitatori chirurgici

descrizione	codice	kit
Avvitatore per viti chirurgiche e viti di serraggio, digitale, extra corto	HSMXS-20-DG 	ZKOHNO-ONE-INT
Avvitatore per viti chirurgiche e viti di serraggio, digitale, corto	HSM-20-DG 	ZKOHNO-ONE-INT
Avvitatore per viti chirurgiche e viti di serraggio, digitale, lungo	HSML-20-DG 	ZKOHNO-ONE-INT



Avvitatori protesici

descrizione	codice	kit
Avvitatore per viti di serraggio, con raccordo esagonale per chiave dinamometrica o manopola digitale, corto	HSM-20-EX 	ZKOHNO-ONE-INT
Avvitatore per viti di serraggio, con raccordo esagonale per chiave dinamometrica o manopola digitale, lungo	HSML-20-EX 	ZKOHNO-ONE-INT
Avvitatore per viti di serraggio, con raccordo esagonale per chiave dinamometrica o manopola digitale, extra lungo	HSMXL-20-EX 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Avvitatore per viti di serraggio standard, con gambo per contrangolo	HSM-20-CA 	ZKOHNO-ONE-INT
Avvitatore per viti di serraggio standard, con gambo per contrangolo, extra corto	HSMXS-20-CA 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente








Altri avvitatori protesici

descrizione	codice	kit
Avvitatore per attacchi sferici, con raccordo esagonale per chiave dinamometrica	BASCC-EX 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Avvitatore per abutment P.A.D. dritti, con raccordo esagonale per chiave dinamometrica	AVV2-ABUT 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Brugola corta in titanio Gr. 5 per l'avvitamento di abutment Locator, con raccordo esagonale per chiave dinamometrica	8926-SW 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Brugola lunga in titanio Gr. 5 per l'avvitamento di abutment Locator, con raccordo esagonale per chiave dinamometrica	8927-SW 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Strumento per inserimento, montaggio e manutenzione della cappetta in titanio per attacchi sferici CAP-TIT-1	AVV-CAP-TIT-1 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Cacciavite per Dynamic Abutment lunghezza 24 mm	DSPDCLH-24 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Cacciavite per Dynamic Abutment lunghezza 32 mm	DSPDCLH-32 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente




Mounter

descrizione	codice	kit
Mounter per impianti Kohno One	MOU-EX230 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Chiave ferma mounter	CM2 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente


Prolunghe e raccordi

descrizione	codice	kit
Prolunga per brugole, maschiatori, mouter, avvitatori e driver manuali, con raccordo esagonale per chiave dinamometrica	BPM-15 	ZKOHNO-ONE-INT
Prolunga per frese chirurgiche	PROF-CAL3 	ZKOHNO-ONE-INT
Driver per mouter e adattatore meccanico con gambo per contrangolo per strumenti con raccordo esagonale	B-AVV-CA3 	ZKOHNO-ONE-INT
Avvitatore per strumenti da contrangolo, digitale e con raccordo esagonale per cricchetto	AVV-CA-DG-EX 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Manopola digitale per maschiatori, mouter, avvitatori, brugole e driver manuali	AVV3-MAN-DG 	ZKOHNO-ONE-INT
Vite transfer P.A.D. ad avvitamento manuale	PAD-VTRAL-140-MAN 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Carrier per il trasporto degli abutment angolati nel cavo orale, sterilizzabile e riutilizzabile Deve essere assicurato agli abutment tramite la vite PAD-VTRAL-140	PAD-CAR 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente


Perni di parallelismo

descrizione	codice	kit
Perno di parallelismo con un lato di \varnothing 2.00 e l'altro di \varnothing 2.80 mm	PP-2/28 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente
Perno di parallelismo con tacche di profondità, versione large	PPTL-2-28 	ZKOHNO-ONE-INT
Perno di parallelismo con tacche di profondità, versione small	PPTS-2-28 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente

Profondimetro

descrizione	codice	kit
Profondimetro	PROF3 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente

O-ring di ricambio













descrizione	codice	kit
Confezione di 5 o-ring di ricambio per tutti gli accessori con raccordo esagonale per chiave dinamometrica	ORING180-088 	Non incluso nel kit, acquistabile separatamente







Lucidi radiografici

descrizione	codice	kit
Lucido per analisi radiografica per impianti Kohno One Dimensioni reali	KS-L100 	ZKOHNO-ONE-INT
Lucido per analisi radiografica per impianti Kohno One Dimensioni maggiorate del 20%	KS-L120 	ZKOHNO-ONE-INT
Lucido per analisi radiografica per impianti Kohno One Dimensioni maggiorate del 30%	KS-L130 	ZKOHNO-ONE-INT

Piattaforme implantari e combinazioni protesiche

Le piattaforme di connessione degli impianti Kohno One sono caratterizzate dalla presenza di un esagono interno e un collarino uguale per tutti i diametri, che permette la possibilità di effettuare Platform Switching protesico con un pilastro di diametro inferiore.

∅ impianto	3.80	4.25	5.00
Codice colore (sulla confezione)			
dimensioni principali			
∅ piattaforma di connessione			
∅ esterno del collarino			
∅ interno del collarino			


compatibilità protesica			
con pilastro di ∅ inferiore			
			
con pilastro di ∅ congruente			

Avvertenza importante

Le componenti protesiche di ∅ 3.30 mm possono essere utilizzate su impianti di ∅ 3.80 mm per effettuare Platform Switching. Si raccomanda di utilizzare questi pilastri esclusivamente per corone singole nei settori frontali (premolari esclusi), e nei settori distali esclusivamente per il sostegno di protesi multiple e di non utilizzarli con impianti di ∅ 4.25 e 5.00 mm.


Connessione Collex One

Gli impianti Kohno One con connessione Collex One sono disponibili con tre diversi diametri accomunati da un'unica piattaforma di connessione. In questo modo la gestione chirurgica e protesica risulta notevolmente semplificata, così come il magazzino di componenti necessarie al medico e al laboratorio.



Il vantaggio biologico del Platform Switching

Come dimostrato in letteratura, vi è una correlazione tra l'estensione del Platform Switching (mismatching) e la preservazione delle dimensioni dell'osso marginale. Infatti, maggiore è il mismatching, maggiori sono i volumi di tessuto duro e molle intorno all'impianto. L'innegabile vantaggio di una connessione unica che caratterizza gli impianti Kohno One è la possibilità di scegliere il livello desiderato di mismatching sulla base delle necessità a livello estetico e funzionale di ogni singolo caso.



Il riassorbimento osseo perimplantare di impianti riabilitati con tecnica Platform Switching è inversamente proporzionale al livello di mismatching adottato.

Transmucose di guarigione

Le transmucose di guarigione in titanio Gr. 5 sono identificate tramite una marcatura a laser che ne riporta diametro, profilo di emergenza e altezza. Nel caso di viti transmucose di guarigione con profilo di emergenza dritto la marcatura riporta solamente il diametro della piattaforma e l'altezza.

Le transmucose di guarigione devono essere serrate utilizzando gli avvitatori della serie HSM, i cui dettagli e codici per esteso sono disponibili a pag 26.























Transmucose con profilo di emergenza

anatomico: la marcatura laser, leggibile sulla faccia superiore, riporta il diametro di connessione (nell'esempio 50 = 5.00 mm), il massimo ingombro coronale (nell'esempio 60 = 6.00 mm) e l'altezza transmucosa (nell'esempio 5 = 5.00 mm)



Cilindro guida: facilita il centraggio all'inserimento nell'impianto

Transmucose con profilo di emergenza dritto: la marcatura laser, leggibile sul fianco, rende immediatamente riconoscibile il diametro di connessione (nell'esempio 33 = 3.30 mm) e l'altezza transmucosa (nell'esempio 3 = 3.00 mm)

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Transmucose di guarigione Emergenza anatomica H transmucosa 2.00 mm	A-TMGR-330-2 	A-TMGR-380-2 	AS-TMGR-425-2 	AS-TMGR-500-2 
Transmucose di guarigione Emergenza anatomica H transmucosa 3.00 mm	A-TMGR-330-3 	A-TMGR-380-3 	AS-TMGR-425-3 	AS-TMGR-500-3 
Transmucose di guarigione Emergenza anatomica H transmucosa 5.00 mm	A-TMGR-330-5 	A-TMGR-380-5 	AS-TMGR-425-5 	AS-TMGR-500-5 
Transmucose di guarigione Emergenza anatomica H transmucosa 7.00 mm	-	A-TMGR-380-7 	AS-TMGR-425-7 	AS-TMGR-500-7 
Transmucose di guarigione Emergenza dritta H transmucosa 2.00 mm	A-TMG-330-2 	A-TMG-380-2 	-	-
Transmucose di guarigione Emergenza dritta H transmucosa 3.00 mm	A-TMG-330-3 	A-TMG-380-3 	-	-
Transmucose di guarigione Emergenza dritta H transmucosa 5.00 mm	A-TMG-330-5 	A-TMG-380-5 	-	-
Transmucose di guarigione Emergenza dritta H transmucosa 7.00 mm	A-TMG-330-7 	-	-	-

Torque di serraggio raccomandato per le viti transmucose di guarigione: 8-10 Ncm.
Vedere le caratteristiche tecniche del titanio Gr. 5 a pag. 87.


Fase di impronta e modello

La componentistica per l'impronta e la realizzazione del modello viene prodotta con le medesime macchine che realizzano gli impianti. Questo garantisce la massima precisione e consente la riproduzione fedele della situazione clinica. I transfer Pick-up e a strappo sono realizzati in titanio Gr. 5 anodizzato secondo il codice colore della piattaforma di riferimento, facilitando l'individuazione dei diversi diametri eventualmente utilizzati. I transfer Pull-up sono realizzati in PEEK con una camicia in titanio anodizzata intorno alla base per consentire la verifica della corretta inserzione nella piattaforma implantare con una radiografia.

Grazie alla piattaforma Collex One, unificata per tutti i diametri implantari, nelle situazioni in cui i denti adiacenti o l'angolazione degli impianti rendano difficile la presa d'impronta è possibile utilizzare transfer di diametro più stretto, ricordandosi di comunicare sempre al laboratorio il corretto analogo da abbinare al momento della realizzazione del modello.





Transfer Pick-up: il design della porzione superiore garantisce un'ottima ritenzione e quindi un fissaggio estremamente stabile nell'impronta

Analogo dell'impianto: l'anodizzazione secondo il codice colore facilita il riconoscimento e le fasi di laboratorio








Transfer Pull-up: la connessione ad alette clicca all'interno dell'esagono di connessione dell'impianto, senza necessità di vite

Analoghi

Ø impianto	3.30	3.80	4.25	5.00
Analoghi	A-ANA-330	A-ANA-380	SH-ANA-425	SH-ANA-500
				












Transfer Pull-up

Ø componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti Ø	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Transfer Pull-up in PEEK e camicia in titanio Gr. 5 Emergenza dritta	A-TRAP-330 	-	-	-
Transfer Pull-up in PEEK e camicia in titanio Gr. 5 Emergenza anatomica	A-TRARP-330 	A-TRARP-380 	AS-TRARP-425 	AS-TRARP-500 

Avvertenza importante







Essendo i transfer Pull-up realizzati in materiale polimerico per garantire la precisione si raccomanda l'utilizzo di transfer nuovi ad ogni presa d'impronta.

Transfer Pick-up

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Transfer Pick-up Emergenza dritta Vite di serraggio inclusa	A-TRA-330  ∅ 3.30... 12.00	A-TRA-380  ∅ 3.80... 12.00	AS-TRA-425  ∅ 4.25... 12.00	AS-TRA-500  ∅ 5.00... 12.00
Transfer Pick-up Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-TRAR-330  ∅ 3.80... ∅ 3.30... 12.00	A-TRAR-380  ∅ 4.25... ∅ 3.80... 12.00	AS-TRAR-425  ∅ 5.20... ∅ 4.25... 12.00	AS-TRAR-500  ∅ 6.00... ∅ 5.00... 12.00
Confezione singola Vite di serraggio per transfer Pick-up In dotazione con i transfer e ordinabile anche separatamente come ricambio	VTRA2-180-15  M 1.8... 15.00	Utilizzare VTRA2-180-15	Utilizzare VTRA2-180-15	Utilizzare VTRA2-180-15
Vite di serraggio per transfer Pick-up Non compresa con i transfer, disponibile opzionalmente in confezione singola	VTRA2-180-20  M 1.8... 20.00	Utilizzare VTRA2-180-20	Utilizzare VTRA2-180-20	Utilizzare VTRA2-180-20
Vite di serraggio per transfer Pick-up ad avvitamento manuale Non compresa con i transfer, disponibile opzionalmente in confezione singola	VTRA2-180-MAN  M 1.8... 17.00	Utilizzare VTRA2-180-MAN	Utilizzare VTRA2-180-MAN	Utilizzare VTRA2-180-MAN

Torque raccomandato per i transfer Pick-up: 8-10 Ncm.

Transfer a strappo

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianto ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Transfer a strappo Emergenza dritta Vite di serraggio inclusa	A-TRAS-330  ∅ 3.30 11.00	-	-	-
Transfer a strappo Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-TRARS-330  ∅ 3.80 ∅ 3.30 11.00	A-TRARS-380  ∅ 4.25 ∅ 3.80 11.00	AS-TRARS-425  ∅ 5.20 ∅ 4.25 11.00	AS-TRARS-500  ∅ 6.00 ∅ 5.00 11.00
Confezione singola Vite di serraggio per transfer a strappo In dotazione con i transfer e ordinabile anche separatamente come ricambio	VTRA2-180-10  M 1.8 10.00	Utilizzare VTRA2-180-10	Utilizzare VTRA2-180-10	Utilizzare VTRA2-180-10

Torque raccomandato per i transfer a strappo: 8-10 Ncm.

Pilastrini provvisori

I pilastrini provvisori possono essere usati in maniera convenzionale dopo il periodo di guarigione ossea, oppure immediatamente dopo l'inserimento chirurgico degli impianti, qualora sussistano le condizioni per il carico immediato. Possono anche essere usati in alternativa alle tradizionali viti transmucose di guarigione per il ricondizionamento dei tessuti molli in funzione del protocollo protesico adottato.


















PEEK è un polimero estremamente resistente e di elevata biocompatibilità, pur essendo facilmente fresabile anche alla poltrona. La base in titanio garantisce la massima precisione di connessione. Sono ideali per il supporto di corone singole cementate

Questi pilastrini in titanio sono ideali per i protocolli con tecnica per incollaggio grazie alla cannula in PMMA



Il cono di centraggio dei provvisori senza esagono di riposizionamento e il profilo stretto facilitano la realizzazione di strutture multiple provvisorie da avvitare direttamente agli impianti, anche in presenza di forti disparallelismi

L'esagono che garantisce l'antirotazionalità rende questo pilastrino perfetto per la realizzazione di provvisori singoli avvitati

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Provvisori SIMPLE in PEEK con base in titanio Riposizionabili Emergenza dritta Vite di serraggio inclusa	A-MPSC-330 	Utilizzare A-MPSC-330	-	-
Provvisori SIMPLE in PEEK con base in titanio Riposizionabili Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-MPSCR-330 	A-MPSCR-380 	AS-MPSCR-425 	AS-MPSCR-500 
Provvisori SIMPLE in titanio Riposizionabili Emergenza dritta Vite di serraggio inclusa	A-MPSCI-330-EX 	A-MPSCI-380-EX 	AS-MPSCI-425-EX 	AS-MPSCI-500-EX 
Provvisori SIMPLE in titanio Non riposizionabili Emergenza dritta Vite di serraggio inclusa	A-MPSCI-330 	A-MPSCI-380 	AS-MPSCI-425 	AS-MPSCI-500 
Provvisori in titanio con cannula Non riposizionabili Emergenza dritta Cannula calcinabile e vite di serraggio incluse	A-CTI-330 	A-CTI-380 	Utilizzare A-CTI-380	Utilizzare A-CTI-380
Cannula calcinabile di ricambio per pilastri in titanio Vite di serraggio non inclusa	A-CCI-S 	Utilizzare A-CCI-S	Utilizzare A-CCI-S	Utilizzare A-CCI-S
Confezione singola Confezione da 10 pezzi	VM2-180 VM2-180-10	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180
Vite di serraggio In dotazione con i provvisori e ordinabile anche separatamente come ricambio				

Torque raccomandato per i pilastri provvisori: 20-25 Ncm.

Avvertenza importante

Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.

Vedere le caratteristiche tecniche del titanio Gr. 5 e del PEEK a pagg. 87 e 89.

Pilastri preformati

I pilastri preformati dritti e angolati sono prodotti in titanio Gr. 5 e successivamente sottoposti a un processo di passivazione controllata che comporta il viraggio del loro colore superficiale: il risultato è un caratteristico giallo paglierino dorato. Questo colore è ottenuto tramite un processo di ossidazione, pertanto senza alcun tipo di rivestimento, e garantisce quindi l'utilizzo di una superficie altamente biocompatibile e ad alta valenza estetica.

Pilastri angolati: con vite passante offrono angolazioni di 15° o 25°



Colore: il colore dorato li rende ideali per riabilitazioni protesiche di particolare rilevanza estetica
















Esagono: garantisce il riposizionamento e l'antirotazionalità; questo tipo di pilastro è pertanto indicato per la realizzazione di strutture singole

\varnothing componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti \varnothing	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Pilastrini preformati Riposizionabili Emergenza dritta H transmucosa 1.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-MD-330-1 	A-MD-380-1 	AS-MD-425-1 	AS-MD-500-1 
Pilastrini preformati Riposizionabili Emergenza dritta H transmucosa 2.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-MD-330-2 	A-MD-380-2 	AS-MD-425-2 	AS-MD-500-2 
Pilastrini preformati Riposizionabili Emergenza dritta H transmucosa 4.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-MD-330-4 	A-MD-380-4 	AS-MD-425-4 	AS-MD-500-4 
Confezione singola Confezione da 10 pezzi Vite di serraggio In dotazione con i pilastrini e ordinabile anche separatamente come ricambio	VM2-180 VM2-180-10 	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180









Torque raccomandato per i pilastrini preformati: 20-25 Ncm.

Avvertenza importante

Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Pilastrini preformati Riposizionabili Emergenza anatomica H transmucosa 1.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-MDR-330-1 	A-MDR-380-1 	AS-MDR-425-1 	AS-MDR-500-1 
Pilastrini preformati Riposizionabili Emergenza anatomica H transmucosa 2.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-MDR-330-2 	A-MDR-380-2 	AS-MDR-425-2 	AS-MDR-500-2 
Pilastrini preformati Riposizionabili Emergenza anatomica H transmucosa 4.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-MDR-330-4 	A-MDR-380-4 	AS-MDR-425-4 	AS-MDR-500-4 
Confezione singola Confezione da 10 pezzi Vite di serraggio In dotazione con i pilastrini e ordinabile anche separatamente come ricambio	VM2-180 VM2-180-10 	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180

Torque raccomandato per i pilastrini preformati: 20-25 Ncm.

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Pilastrini preformati angolati a 15° Riposizionabili Emergenza dritta H transmucosa 1.75 mm Vite di serraggio inclusa	A-MA15-330 	-	-	-
Pilastrini preformati angolati a 15° Riposizionabili Emergenza anatomica H transmucosa 1.80 mm Vite di serraggio inclusa	A-MAR15-330 	A-MAR15-380 	AS-MAR15-425 	AS-MAR15-500 
Pilastrini preformati angolati a 25° Riposizionabili Emergenza anatomica H transmucosa 1.80 mm Vite di serraggio inclusa	-	A-MAR25-380 	AS-MAR25-425 	-
Confezione singola Confezione da 10 pezzi Vite di serraggio In dotazione con i pilastrini e ordinabile anche separatamente come ricambio	VM2-180 VM2-180-10 	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180

Torque raccomandato per i pilastrini preformati: 20-25 Ncm.

Avvertenza importante

Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.



















Pilastri fresabili

I pilastri fresabili sono stati realizzati in titanio Gr. 5 per la realizzazione di una protesi definitiva ampiamente personalizzabile: la possibilità di essere fresati, date le loro grandi dimensioni, consente di rispondere a esigenze anatomiche complesse in termini di spazi protesici ristretti. Accanto ai protocolli protesici tradizionali, Sweden & Martina ha sviluppato delle soluzioni innovative in collaborazione con illustri professionisti e poli universitari. Tra queste, la tecnica SIMPLE permette un perfetto condizionamento delle mucose a partire dai provvisori (vedi pagg. 38-39) e prevede un pilastro fresabile di grandi dimensioni per la realizzazione di una protesi definitiva massimamente individualizzabile.

Pilastri prescaricati: consentono di raggiungere angolazioni molto pronunciate, sino a 25°, limitando i tempi di riduzione tramite fresaggio



Pilastri fresabili dritti: con il loro caratteristico profilo a cono rovesciato sono indicati per angolazioni fino a 10° e profili contenuti

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Pilastrini fresabili dritti Riposizionabili Emergenza dritta Vite di serraggio inclusa	A-MF-330 	A-MF-380 	AS-MF-425 	AS-MF-500 
Pilastrini fresabili dritti Riposizionabili Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-MFR-330 	A-MFR-380 	AS-MFR-425 	AS-MFR-500 
Pilastrini fresabili prescaricati Riposizionabili Emergenza dritta Vite di serraggio inclusa	A-MFP-330 	-	-	-
Pilastrini fresabili prescaricati Riposizionabili Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-MFPR-330 	A-MFPR-380 	AS-MFPR-425 	AS-MFPR-500 
Pilastrini fresabili SIMPLE Riposizionabili Emergenza molto ampia Vite di serraggio inclusa	A-MFS-330 	A-MFS-380 	AS-MFS-425 	AS-MFS-500 
Confezione singola Confezione da 10 pezzi	VM2-180 VM2-180-10	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180
Vite di serraggio In dotazione con i pilastrini e ordinabile anche separatamente come ricambio	M 1.8. 			

Torque raccomandato per i pilastrini fresabili: 20-25 Ncm.







Avvertenza importante

Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.

Soluzioni d'eccellenza: protesi per tecnica verticale

Questa linea protesica è stata sviluppata per il condizionamento delle mucose secondo la tecnica verticale. Il disegno verticale dei pilastri presenta una conicità che permette l'aumento dello spazio a disposizione dei tessuti e un migliore adattamento ai profili emergenti del restauro protesico.



esagono componente protesica	2.30
per impianti \emptyset	3.80 - 4.25 - 5.00
Transmucose di guarigione per tecnica verticale	A-TMG-MEFL-330 
Pilastrini provvisori in resina REEF Riposizionabili Vite di serraggio inclusa	A-PPF-330-EX 
Pilastrini provvisori in resina REEF Non riposizionabili Vite di serraggio inclusa	A-PPF-330 
Pilastrini fresabili in titanio per tecnica verticale Vite di serraggio inclusa	A-MEFL-330 
Confezione da 5 pezzi Cappette per la presa d'impronta per tecnica verticale	CAP-MEFL-5 
Confezione singola Confezione da 10 pezzi Vite di serraggio In dotazione con i pilastrini e ordinabile anche separatamente come ricambio	VM2-180 VM2-180-10 

Torque raccomandato per le transmucose di guarigione e per i pilastrini provvisori per tecnica verticale: 8-10 Ncm.

Torque raccomandato per i pilastrini fresabili per tecnica verticale.: 20-25 Ncm.

Avvertenza importante

















Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.

Pilastri preformati XA

Questi pilastri, prodotti in titanio Gr. 5, presentano una microrigatura alla base del pilastro che favorisce la stabilizzazione delle fibre circolari. Sono disponibili in due versioni, una per protesi cementata e una per protesi avvitata. Entrambi i tipi di pilastri permettono l'uso della tecnica **One Abutment-One Time**, lasciando avvitato in bocca al paziente il pilastro XA e riproducendo la sua forma e posizione nel modello da laboratorio in maniera precisa grazie a un transfer e a un analogo dedicati.



Pilastrini XA per protocolli cementati

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00
Pilastrini preformati XA Riposizionabili H transmucosa 1.00 mm Vite di serraggio inclusa	SH-MD-F-330-1 	SH-MD-F-380-1 	SH-MD-F-425-1 
Pilastrini preformati XA Riposizionabili H transmucosa 2.00 mm Vite di serraggio inclusa	SH-MD-F-330-2 	SH-MD-F-380-2 	SH-MD-F-425-2 
Confezione singola Confezione da 10 pezzi Vite di serraggio ad appoggio conico	L-VMS-180 L-VMS-180-10 	Utilizzare L-VMS-180	Utilizzare L-VMS-180
Analoghi per pilastrini preformati XA per protesi cementata	SH-ANA-MD-F-330 	SH-ANA-MD-F-380 	SH-ANA-MD-F-425 
Transfer per pilastrini preformati XA per protesi cementata	SH-TRA-MD-F-330 	SH-TRA-MD-F-380 	SH-TRA-MD-F-425 
Cappette in PEEK per pilastrini preformati XA per protesi cementata	SH-CP-MD-F-330 	SH-CP-MD-F-380 	SH-CP-MD-F-425 

Torque raccomandato per i pilastrini preformati XA per protesi cementata: 20-25 Ncm.







Torque raccomandato per cannule in PEEK: 20-25 Ncm.

Avvertenza importante

Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.





Vedere le caratteristiche tecniche del titanio Gr. 5 e del PMMA a pagg. 89 e 92.







Pilastrì XA per protocolli avvitati

\varnothing componente protesica	3.30 mm	3.80 mm
per impianti \varnothing	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00
Abutment XA H 4.50 mm	A-ABU-F-TS-330-4 	SH-ABU-F-TS-380-4 
Abutment XA H 5.50 mm	A-ABU-F-TS-330-5 	SH-ABU-F-TS-380-5 
Abutment XA H 6.50 mm	A-ABU-F-TS-330-6 	SH-ABU-F-TS-380-6 

Torque raccomandato per gli abutment XA: 25-30 Ncm.

Componenti per protocolli avvitati su pilastrì XA

descrizione	codice
Analogo per abutment XA	SH-ANABU-F-380 
Transfer per abutment XA Vite transfer inclusa	SH-TRABU-F-380 
Confezione singola Vite transfer	SH-VTRABU-F-200 
Cuffia di guarigione in PEEK per abutment XA	SH-CG-ABU-F-380 

descrizione	codice
Cannula calcinabile per abutment XA Riposizionabile Vite di serraggio inclusa	SH-CCABU-F-380 
Cannula calcinabile per abutment XA Non riposizionabile Vite di serraggio inclusa	SH-CCABU-F-380-ROT 
Cannula in titanio per abutment XA Riposizionabile Vite di serraggio inclusa	SH-CTABU-F-380 
Cannula in titanio per abutment XA Non riposizionabile Vite di serraggio inclusa	SH-CTABU-F-380-ROT 
Vite protesica per sovrastrutture XA	A-PLAIN-VP200 
Cappetta Conoweld per incollaggio	CAP-TS-DEF 

Torque raccomandato per le strutture su pilastri ad avvitamento diretto: 20-25 Ncm.

Pilastri calcinabili con base in lega aurea, titanio e cromo cobalto
























I pilastri calcinabili con base in lega uniscono alla semplicità delle soluzioni calcinabili una base in lega aurea, in cromo cobalto o in titanio, materiali altamente biocompatibili. Il punto di fusione delle leghe sopracitate è tale da preservare la base da alterazioni dimensionali al momento della sovrافusione della parte calcinabile.

La versione riposizionabile è adatta alla realizzazione di elementi singoli

La versione non riposizionabile presenta un cilindro che, inscrivendosi nell'esagono della connessione, garantisce un'inserzione semplice di strutture multiple



Le basi sono disponibili in lega aurea, titanio Gr. 5 e cromo cobalto

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Pilastrini calcinabili con base preformata in lega aurea "1" Riposizionabili Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-UCR-330-EX 	A-UCR-380-EX 	AS-UCR-425-EX 	AS-UCR-500-EX 
Pilastrini calcinabili con base preformata in lega aurea "1" Non riposizionabili Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-UCR-330 	A-UCR-380 	AS-UCR-425 	AS-UCR-500 
Pilastrini calcinabili con base preformata in titanio Riposizionabili Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-UCTR-330-EX 	A-UCTR-380-EX 	Utilizzare A-UCTR-380-EX	Utilizzare A-UCTR-380-EX
Pilastrini calcinabili con base preformata in cromo cobalto Riposizionabili Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-UCRCO-330-EX 	A-UCRCO-380-EX 	AS-UCRCO-425-EX 	AS-UCRCO-500-EX 
Pilastrini calcinabili con base preformata in cromo cobalto Non riposizionabili Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-UCRCO-330 	A-UCRCO-380 	AS-UCRCO-425 	AS-UCRCO-500 
Cannule calcinabili di ricambio per pilastrini calcinabili con base in lega Vite di serraggio non inclusa	A-CCUCR-330 	A-CCUCR-380 	AS-CCUCR-425 	AS-CCUCR-500 
Confezione singola Confezione da 10 pezzi	VM2-180 VM2-180-10	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180
Vite di serraggio In dotazione con i pilastrini e ordinabile anche separatamente come ricambio	M 1.8. 			

Torque raccomandato per i pilastrini calcinabili con base in metallo: 20-25 Ncm.

Avvertenza importante




Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.

Pilastri interamente calcinabili

I pilastri integralmente in PMMA, una resina che non lascia alcun residuo in fusione, vengono realizzati non per stampaggio ma per tornitura, al pari di tutta la componentistica protesica Sweden & Martina. La battuta della testa della vite di serraggio consente un adattamento estremamente versatile alle necessità protesiche.



I pilastri calcinabili consentono la massima facilità nella modellazione

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Pilastrini calcinabili per fusione Riposizionabili Emergenza dritta Vite di serraggio inclusa	A-CC-330-EX 	A-CC-380-EX 	Utilizzare A-CC-380-EX	Utilizzare A-CC-380-EX
Pilastrini calcinabili per fusione Riposizionabili Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-CCR-330-EX 	A-CCR-380-EX 	AS-CCR-425-EX 	AS-CCR-500-EX 
Pilastrini calcinabili per fusione Non riposizionabili Emergenza dritta Vite di serraggio inclusa	A-CC-330 	A-CC-380 	Utilizzare A-CC-380	Utilizzare A-CC-380
Pilastrini calcinabili per fusione Non riposizionabili Emergenza anatomica Vite di serraggio inclusa	A-CCR-330 	A-CCR-380 	AS-CCR-425 	AS-CCR-500 
Confezione singola Confezione da 10 pezzi	VM2-180 VM2-180-10	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180
Vite di serraggio In dotazione con i pilastrini e ordinabile anche separatamente come ricambio				

Torque raccomandato per i pilastrini interamente calcinabili: 20-25 Ncm.

Avvertenza importante










Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.



Dynamic Abutment

I Dynamic Abutment* sono pilastri individualizzabili tramite fusione e sovrافusione; sono una soluzione brevettata che consente libertà di angolazione della protesi fino a 28°. Il beneficio primario di questa tecnologia consiste nella possibilità di dislocare il foro per la vite passante in posizione palatale o linguale, evitando così antiestetici fori vestibolari e consentendo un maggiore spessore vestibolare della ceramica. Questo è reso possibile dalla sinergia tra la cannula calcinabile sulla testa sferica dell'abutment e l'avvitatore dal particolare design esalobato della punta, che permette di ingaggiare la testa della vite anche in presenza di angolazione accentuata.



**I pilastri Dynamic Abutment sono dispositivi medici fabbricati e brevettati da Talladium España S.L., Avenida Blondel, 54 3º, 25002 Lleida, Spagna. Dynamic Abutment è un marchio registrato della medesima società.*

∅ componente protesica	3.30	3.80
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00
Dynamic Abutment Riposizionabile Base in cromo cobalto Vite di serraggio non inclusa	PD3PKH330/CC 	PD3PKH380/CC 
Dynamic Abutment Non riposizionabile Base in cromo cobalto Vite di serraggio non inclusa	PD3PKR330/CC 	PD3PKR380/CC 
Dynamic Abutment Riposizionabile Interamente calcinabile Vite di serraggio non inclusa	PD3PKH330/P 	PD3PKH380/P 
Dynamic Abutment Non riposizionabile Interamente calcinabile Vite di serraggio non inclusa	PD3PKR330/P 	PD3PKR380/P 
Vite di serraggio Non inclusa con i Dynamic Abutment, ordinabile separatamente	TPDH18L66 	Utilizzare TPDH18L66

descrizione	codice
Cacciavite per Dynamic Abutment Lunghezza 24 mm Deve essere acquistato separatamente	DSPDCLH-24 
Cacciavite per Dynamic Abutment Lunghezza 32 mm Deve essere acquistato separatamente	DSPDCLH-32 

Torque raccomandato per i Dynamic Abutment: 20-25 Ncm.

Avvertenza importante

Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.


P.A.D. (Protesi Avvitata Disparallela)

La sistematica P.A.D. (Protesi Avvitata Disparallela) è stata studiata per facilitare la realizzazione di protesi multiple avvitata anche in presenza di impianti molto divergenti e assi di emergenza protesici disparalleli. Gli abutment angolati P.A.D., in particolare, risultano essere le soluzioni più semplici e predicibili per gli impianti posizionati nelle selle distali con elevata inclinazione. La sistematica protesica P.A.D. è caratterizzata da una grande versatilità, a partire dall'ampia gamma di abutment dritti (disponibili in varie altezze transmucose, da 1.50 a 4.00 mm), abutment angolati (disponibili con inclinazioni di 30° e 17° e altezze transmucose di 3.00 e 5.00 mm), e una completa componentistica necessaria alla produzione delle sovrastrutture (transfer, analoghi, cannule, ecc.).













Pilastrini P.A.D.: presentano tutti uno stesso cono superiore, inclinato a 15° che semplifica le manovre di inserzione e rimozione di protesi multiple avvitata



Il cono superiore permette di riorientare ulteriormente la struttura protesica di 15° per lato, che nel caso degli abutment P.A.D. angolati si aggiungono all'inclinazione di 17° o 30°. Questa caratteristica permette una facile gestione di disparallelismi fino a 45° per lato.




P.A.D. dritti

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Abutment P.A.D. dritti per avvitamento diretto H transmucosa 1.50 mm	A-PAD-AD330-15 	A-PAD-AD380-15 	AS-PAD-AD425-15 	AS-PAD-AD500-15 
Abutment P.A.D. dritti per avvitamento diretto H transmucosa 3.00 mm	A-PAD-AD330-30 	A-PAD-AD380-30 	AS-PAD-AD425-30 	AS-PAD-AD500-30 
Abutment P.A.D. dritti per avvitamento diretto H transmucosa 4.00 mm	A-PAD-AD330-40 	A-PAD-AD380-40 	AS-PAD-AD425-40 	AS-PAD-AD500-40 

Torque raccomandato per gli abutment P.A.D. dritti: 25-30 Ncm.

Nota: per trasportare gli abutment dritti nel cavo orale, in ogni singola confezione è presente un pratico carrier in plastica (cod. AVV-ABUT-DG, non disponibile singolarmente).

descrizione	codice
Avvitatore per abutment P.A.D. dritti, con raccordo esagonale per chiave dinamometrica Non incluso nel kit chirurgico, acquistabile separatamente	AVV2-ABUT 

P.A.D. angolati

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Abutment P.A.D. angolati a 17° H transmucosa 3.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-PAD-AA330-173 	A-PAD-AA380-173 	AS-PAD-AA425-173 	AS-PAD-AA500-173
Abutment P.A.D. angolati a 17° H transmucosa 5.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-PAD-AA330-175 	A-PAD-AA380-175 	AS-PAD-AA425-175 	AS-PAD-AA500-175
Abutment P.A.D. angolati a 30° H transmucosa 3.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-PAD-AA330-303 	A-PAD-AA380-303 	AS-PAD-AA425-303 	AS-PAD-AA500-303
Abutment P.A.D. angolati a 30° H transmucosa 5.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-PAD-AA330-305 	A-PAD-AA380-305 	AS-PAD-AA425-305 	AS-PAD-AA500-305
Confezione singola Confezione da 10 pezzi	PAD-VM-180 PAD-VM-180-10	Utilizzare PAD-VM-180	Utilizzare PAD-VM-180	Utilizzare PAD-VM-180
Vite di serraggio In dotazione con i P.A.D. e ordinabile anche separatamente come ricambio				












Torque raccomandato per gli abutment P.A.D. angolati: 20-25 Ncm.

descrizione	codice
Vite transfer P.A.D. ad avvitamento manuale, da utilizzare come carrier per trasportare i P.A.D. angolati nel cavo orale, sterilizzabile e riutilizzabile	PAD-VTRAL-140-MAN
Carrier per trasportare gli abutment angolati nel cavo orale, sterilizzabile e riutilizzabile Non incluso nel kit chirurgico, ordinabile separatamente	PAD-CAR

Avvertenza importante




Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.

Componenti P.A.D. per sovrastrutture








descrizione	codice
Cuffia di protezione per abutment P.A.D. in titanio Gr. 5 Vite di serraggio inclusa (cod. PAD-VP-140)	PAD-CG 
Cuffia di protezione per abutment P.A.D. in PEEK Vite di serraggio inclusa (cod. PAD-VP-140)	PAD-CGP 
Cappette rotanti in POM per la presa d'impronta diretta su abutment P.A.D. Non riposizionabili	PAD-CAP 
Cappette in POM per la presa d'impronta diretta su abutment P.A.D. Riposizionabili	PAD-CAP-EX 
Transfer Pick-up in titanio Gr. 5 per abutment P.A.D. Non riposizionabili Vite per transfer lunga inclusa (cod. PAD-VTRAL-140)	PAD-TRA 
Transfer pick-up in titanio Gr. 5 per abutment P.A.D. Riposizionabili Vite per transfer lunga inclusa (cod. PAD-VTRAL-140)	PAD-TRA-EX 
Vite di ricambio lunga per transfer P.A.D. In dotazione con i transfer e ordinabile separatamente come ricambio	PAD-VTRAL-140 
Vite di ricambio per transfer P.A.D. Non in dotazione con i transfer e ordinabile separatamente	PAD-VTRA-140 
Analogo dell'abutment P.A.D. in titanio Gr. 5	PAD-ANA 
Cannule calcinabili in PMMA per abutment P.A.D. Non riposizionabili Vite di serraggio inclusa	PAD-CC 
Cannule calcinabili in PMMA per abutment P.A.D. Riposizionabili Vite di serraggio inclusa (cod. PAD-VP-140)	PAD-CC-EX 

Torque raccomandato per il fissaggio delle cuffie di protezione: 8-10 Ncm.

Torque raccomandato per i transfer Pick-up: 8-10 Ncm.

descrizione	codice
Pilastrini calcinabili in PMMA con base preformata in lega aurea tipo "1" per sovrافusione su abutment P.A.D. Non riposizionabili Vite di serraggio inclusa (cod. PAD-VP-140)	PAD-UC 
Pilastrini calcinabili in PMMA con base preformata in cromo cobalto per sovrافusione su abutment P.A.D. Riposizionabili Vite di serraggio inclusa (cod. PAD-VP-140)	PAD-UCRCO 
Vite di ricambio per componenti protesiche per abutment P.A.D. In dotazione con tutte le componenti per la realizzazione della sovrastruttura e disponibile anche come ricambio Acquistabile anche in confezione da 10 pezzi (cod. PAD-VP-140-10)	PAD-VP-140 

Componenti P.A.D. per ribasatura e tecnica per incollaggio

descrizione	codice
Cannule in PEEK per abutment P.A.D. per ribasatura Non riposizionabili Vite di serraggio inclusa (cod. PAD-VP-140)	PAD-CP 
Cannule in PEEK per abutment P.A.D. per ribasatura Riposizionabili Vite di serraggio inclusa (cod. PAD-VP-140)	PAD-CP-EX 
Cannule in titanio Gr. 5 per abutment P.A.D. per ribasatura Non riposizionabili Vite di serraggio inclusa (cod. PAD-VP-140)	PAD-CT 
Cannule in titanio Gr. 5 per abutment P.A.D. per ribasatura Riposizionabili Vite di serraggio inclusa (cod. PAD-VP-140)	PAD-CT-EX 
Pilastrini calcinabili in PMMA per tecniche di incollaggio su cannula in titanio Gr. 5	PAD-CCEM 
Cannule in titanio Gr. 5 per abutment P.A.D. per tecniche di incollaggio Non riposizionabili Vite di serraggio inclusa (cod. PAD-VP-140)	PAD-BASTZR 
Vite di ricambio per componenti protesiche per abutment P.A.D. In dotazione con tutte le componenti per la realizzazione della sovrastruttura e disponibile anche come ricambio Acquistabile anche in confezione da 10 pezzi (cod. PAD-VP-140-10)	PAD-VP-140 

Torque raccomandato per il fissaggio delle viti protesiche: 20-25 Ncm.

Avvertenza importante

Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.

Vedere le caratteristiche tecniche del titanio Gr. 5, PMMA, POM e della lega aurea "1" a pagg. 87, 90, 91 e 92.

P.A.D. per Tecnica "D.P.F." (Direct Prosthetic Framework)

Gli abutment P.A.D. si sono dimostrati un valido supporto per la realizzazione di diversi protocolli protesici semplificati, tra i quali la realizzazione di provvisori per riabilitazioni implantari Full Arch a carico immediato con una procedura molto semplice e sicura. La componentistica "D.P.F." è stata appositamente sviluppata per realizzare direttamente nel cavo orale una struttura di resina calcinabile assolutamente passiva in quanto non vincolata da geometrie di connessione con l'ulteriore vantaggio di essere realizzata senza errori dovuti alla presa d'impronta e allo sviluppo del modello. La cementazione intraorale della travata metallica ottenuta successivamente per fusione permette di diminuire i tempi di inserzione del provvisorio rinforzato a 8 ore dal termine della chirurgia, pur mantenendo i requisiti di resistenza e passività importanti durante la prima fase del carico implantare. Il provvisorio così realizzato può essere inoltre utilizzato come dima di posizione per la realizzazione della protesi definitiva.

STEP 1

La barra calcinabile viene fissata alle cappette attraverso una resina fotopolimerizzabile








STEP 3

Il manufatto viene fuso in laboratorio e si ottiene la struttura metallica per la realizzazione della travata finita

STEP 2

Successivamente alla fotopolimerizzazione della travata, il manufatto viene rimosso dal cavo orale



descrizione	codice
<p>Confezione completa di tutta la componentistica protesica per la tecnica "D.P.F." su singolo abutment P.A.D. La confezione include la cannula in titanio (PAD-CT-LV), il centratore calcinabile (PAD-CC-LV), il tappo antiuscita (PAD-TR-LV), l'o-ring di protezione (PAD-ORING-LV) e la vite di serraggio (PAD-VP-140)</p>	<p>PAD-LV</p> 
<p>Ricambio per la cannula in titanio per la tecnica "D.P.F." La confezione non include la vite di serraggio</p>	<p>PAD-CT-LV</p> 
<p>Ricambio per il centratore calcinabile per la tecnica "D.P.F."</p>	<p>PAD-CC-LV</p> 
<p>Ricambio per il tappo antiuscita per la tecnica "D.P.F."</p>	<p>PAD-TR-LV</p> 
<p>Ricambio dell'o-ring per la tecnica "D.P.F."</p>	<p>PAD-ORING-LV</p> 
<p>Confezione singola Confezione da 10 pezzi</p> <p>Vite di ricambio per componenti protesiche per abutment P.A.D.</p>	<p>PAD-VP-140 PAD-VP-140-10</p> 
<p>Barra calcinabile, L. 5 cm, ø 2.20 mm</p>	<p>BARC</p> 

Torque raccomandato per gli abutment P.A.D.: 20-25 Ncm.

Protesi Conoweld


Questi pilastri sono stati realizzati in titanio Gr. 5 per utilizzare la tecnica conometrica Conoweld. Questa tecnica riassume in sé i vantaggi di due protocolli già ampiamente diffusi in implantoprotesi: la saldatura intraorale provvisoria e la conometria, sia per la fase provvisoria che per la fase definitiva, utilizzando protesi senza cemento e rimovibili da parte dell'operatore. I pilastri in titanio Gr. 5 della linea Conoweld sono stati disegnati per appoggiare in sicurezza sul collarino Collex. Gli stessi pilastri Conoweld dritti e angolati con esagono da 2.30 mm vengono utilizzati su tutti i diametri degli impianti Kohno One.

I pilastri sono disponibili in versione dritta e angolata, a 5°, 10° e 15°












Cappette conometriche Conoweld

La gamma Conoweld include tre diverse cappette, universali rispetto ai diametri dei pilastri e delle piattaforme implantari: questo è dovuto al fatto che la ritenzione per conometria avviene nella porzione più coronale del pilastro, che ha sempre le medesime dimensioni.



Le due cappette in titanio si differenziano per lo spessore: quella dedicata alla realizzazione di una struttura saldata intraoralmente per la fase provvisoria è più spessa per sostenere la saldatura con le barre in titanio, senza fondersi con il pilastro sottostante, mentre la cappetta destinata all'ancoraggio della protesi definitiva incollata è più sottile per limitare l'impatto sulle morfologie anatomiche del manufatto protesico, pertanto non deve essere usata per la saldatura. È disponibile anche una cappetta in PMMA che permette una presa d'impronta precisa anche a chi non disponesse di una saldatrice intraorale e che può essere utilizzata per la modellazione e fusione di una struttura interamente in cromo cobalto o altre leghe, qualora non si desiderasse effettuare un assemblaggio con tecnica di incollaggio.












esagono componente protesica	2.30
per impianti \emptyset	3.80 - 4.25 - 5.00
Pilastro Conoweld in titanio Gr. 5 Dritto H transmucoosa 0.50 mm Vite di serraggio inclusa	A-MD-TS-EX230-05 
Pilastro Conoweld in titanio Gr. 5 Dritto H transmucoosa 1.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-MD-TS-EX230-1 
Pilastro Conoweld in titanio Gr. 5 Dritto H transmucoosa 2.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-MD-TS-EX230-2 
Pilastro Conoweld in titanio Gr. 5 Dritto H transmucoosa 3.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-MD-TS-EX230-3 
Pilastro Conoweld in titanio Gr. 5 Dritto H transmucoosa 5.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-MD-TS-EX230-5 
Pilastro Conoweld in titanio Gr. 5 Angolato 5° Vite di serraggio inclusa	A-MA05-TS-EX230 
Pilastro Conoweld in titanio Gr. 5 Angolato 10° Vite di serraggio inclusa	A-MA10-TS-EX230 
Pilastro Conoweld in titanio Gr. 5 Angolato 15° Vite di serraggio inclusa	A-MA15-TS-EX230 
Confezione singola Confezione da 10 pezzi Vite di serraggio In dotazione con i pilastri e ordinabile anche separatamente come ricambio	VM2-180 VM2-180-10 

Torque raccomandato per i pilastri Conoweld: 20–25 Ncm.

Avvertenza importante

Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.

descrizione	codice
Cappetta provvisoria per saldatura intraorale	CAP-TS-PRO  5.70
Cappetta definitiva per incollaggio	CAP-TS-DEF  5.70
Cappetta per impronta per saldatura intraorale	CAP-TS-IMP  5.70
Analogo pilastro per saldatura intraorale	ANA-TS  17.00
Confezione da 5 pezzi Barretta in titanio Gr. 2 a profilo circolare L. 150 mm, \varnothing 1.20 mm	DW-BARRA1.2 
Confezione da 5 pezzi Barretta in titanio Gr. 2 a profilo circolare L. 150 mm, \varnothing 1.50 mm	DW-BARRA1.5 
Confezione da 5 pezzi Barretta in titanio Gr. 2 a profilo circolare L. 150 mm, \varnothing 1.80 mm	DW-BARRA1.8 
Confezione da 5 pezzi Barretta in titanio Gr. 2 a profilo rettangolare L. 100 mm, 3x1 mm	DW-BARRA1x3 
Confezione da 5 pezzi Barretta in titanio Gr. 2 a profilo rettangolare L. 100 mm, 4x2 mm	DW-BARRA2x4 

Protesi su abutment Plain

Gli abutment Plain hanno la peculiarità di sfruttare la geometria completamente piatta della parte superiore che si accoppia tramite un invito molto piccolo a delle normali cannule calcinabili. L'utilità di tali abutment, quindi, è quella di massimizzare le operazioni di centraggio e riposizionamento di strutture avvitate su più impianti.



































Le cuffie di guarigione permettono un condizionamento dei tessuti ottimale grazie a un profilo di emergenza molto svasato coronalmente. Le cuffie di guarigione non hanno vite passante ma sono per avvitamento diretto sull'abutment

Il sistema Plain include anche transfer e analoghi che permettono di prendere l'impronta direttamente sull'abutment. Il transfer per tecnica a cucchiaio aperto è dotato di apposita vite lunga, fornita in dotazione

L'invito per l'alloggiamento delle cannule calcinabili è di soli 0.20 mm, il minimo indispensabile per il centraggio della protesi

Avvertenza importante

Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.

∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
Abutment Plain per avvitamento diretto H tras mucosa 2.00 mm	A-PLAIN-ABU330-2 ∅ 3.30... 2.00 	A-PLAIN-ABU380-2 ∅ 3.80... 2.00 	AS-PLAIN-ABU425-2 ∅ 4.25... 2.00 	AS-PLAIN-ABU500-2 ∅ 5.00... 2.00 
Abutment Plain per avvitamento diretto H tras mucosa 3.00 mm	A-PLAIN-ABU330-3 ∅ 3.30... 3.00 	A-PLAIN-ABU380-3 ∅ 3.80... 3.00 	AS-PLAIN-ABU425-3 ∅ 4.25... 3.00 	AS-PLAIN-ABU500-3 ∅ 5.00... 3.00 
Abutment Plain per avvitamento diretto H tras mucosa 4.00 mm	A-PLAIN-ABU330-4 ∅ 3.30... 4.00 	A-PLAIN-ABU380-4 ∅ 3.80... 4.00 	AS-PLAIN-ABU425-4 ∅ 4.25... 4.00 	AS-PLAIN-ABU500-4 ∅ 5.00... 4.00 
Cuffia di guarigione per abutment Plain	A-PLAIN-CG330 ∅ 4.90... ∅ 3.30... 5.00 	A-PLAIN-CG380 ∅ 5.35... ∅ 3.80... 5.00 	A-PLAIN-CG425 ∅ 5.75... ∅ 4.25... 5.00 	A-PLAIN-CG500 ∅ 6.50... ∅ 5.00... 5.00 
Cannule calcinabili per abutment Plain Vite di serraggio inclusa	A-PLAIN-CC330 ∅ 3.30... 10.00 	A-PLAIN-CC380 ∅ 3.80... 10.00 	A-PLAIN-CC425 ∅ 4.25... 10.00 	A-PLAIN-CC500 ∅ 5.00... 10.00 
Confezione singola Confezione da 10 pezzi	A-PLAIN-VP200 A-PLAIN-VP200-10	Utilizzare A-PLAIN-VP200	Utilizzare A-PLAIN-VP200	Utilizzare A-PLAIN-VP200
Vite di serraggio per cannula calcinabile abutment Plain	M 2.0... 			
Cannule in titanio per abutment Plain Vite di serraggio inclusa	A-PLAIN-CT330 ∅ 3.30... 7.95 1.05 	A-PLAIN-CT380 ∅ 3.80... 7.95 1.05 	A-PLAIN-CT425 ∅ 4.25... 7.95 1.05 	A-PLAIN-CT500 ∅ 5.00... 7.95 1.05 
Analoghi per abutment Plain	A-PLAIN-ANA-330 ∅ 3.30... 12.00 	A-PLAIN-ANA-380 ∅ 3.80... 12.00 	A-PLAIN-ANA-425 ∅ 4.25... 12.00 	A-PLAIN-ANA-500 ∅ 5.00... 12.00 
Transfer per abutment Plain Vite di serraggio inclusa	A-PLAIN-TRA-330 ∅ 3.30... 11.70 	A-PLAIN-TRA-380 ∅ 3.80... 11.70 	A-PLAIN-TRA-425 ∅ 4.25... 11.70 	A-PLAIN-TRA-500 ∅ 5.00... 11.70 
Vite di ricambio per transfer Plain In dotazione con i transfer e ordinabile anche separatamente come ricambio	A-PLAIN-VTRA200 17.00 M 2.0... 	Utilizzare A-PLAIN-VTRA200	Utilizzare A-PLAIN-VTRA200	Utilizzare A-PLAIN-VTRA200

Torque raccomandato per i transfer Pick-up e per le cuffie di guarigione Plain 8-10 Ncm, per le cannule in titanio su abutment Plain 20-25 Ncm, per gli abutment Plain 25-30 Ncm.

Vedere le caratteristiche tecniche del titanio Gr. 5 e del PMMA a pagg. 87 e 90.

Protesi individualizzata ECHO

La massima estetica e la massima flessibilità progettuale, nel caso della protesi individualizzata, si raggiunge con i pilastri individuali ECHO e con i Direct Bridge ECHO, disegnati tramite tecnica CAD-CAM e prodotti presso il centro di fresaggio ECHO Sweden & Martina. I pilastri individuali in titanio rappresentano l'evoluzione dei pilastri fresabili standard, in quanto permettono un eccellente adattamento della protesi all'anatomia gengivale del paziente, difficilmente ottenibile con le tradizionali tecniche di laboratorio. Sono inoltre disponibili i pilastri in ossido di zirconio, che rappresentano ad oggi la soluzione individualizzata più all'avanguardia, in quanto presentano molti vantaggi in termini di traslucenza dei restauri, estrema personalizzazione del manufatto, biocompatibilità e assenza di corrosione nel cavo orale, massima precisione della connessione, eccellente resistenza ai carichi occlusali, minore invasività mediante il perfetto adattamento ai tessuti e riduzione dei tempi alla poltrona. Per la scansione sono disponibili gli scan-transfer in alluminio e in PEEK. Sono poi disponibili analoghi progettati appositamente per i modelli realizzati con stampanti 3D (vedere pagine seguenti). Per ulteriori informazioni sul sistema ECHO è possibile contattare i product specialist CAD-CAM Sweden & Martina al numero 049-9124394.



Pilastri individuali:

- Titanio biomedicale Gr. 5
- Zirconia
- Cromo cobalto fresato
- Cromo cobalto laser melt
- PEEK
- Resina biomedicale per provvisori
- Fibra di vetro
- Disilicato di litio

CAD CAM
echo

Barre fresate avvitate su impianti:

- Biotitanio fresato
- Cromo cobalto fresato












DIRECT/TORONTO Bridge e ponti avvitati con connettore per incollaggio T-Connect:

- Titanio biomedicale Gr. 5
- Zirconia
- Cromo cobalto fresato
- Cromo cobalto sinterizzato
- PMMA
- PEEK
- Resina biomedicale per provvisori
- Fibra di vetro
- Disilicato di litio






Strutture a ponte avvitate a DIRECT/TORONTO Bridge:

- Titanio biomedicale Gr. 5
- Zirconia
- Cromo cobalto fresato
- Resina biomedicale per provvisori



∅ componente protesica	3.30	3.80
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00
Scanbody da laboratorio in Ergal per trasferire il posizionamento delle connessioni implantari Riposizionabili Vite di serraggio inclusa	A-CAMETRA330 	A-CAMETRA380 
Scanbody in PEEK specifico per uso intraorale Vite di serraggio inclusa	A-INT-CAMTRA330 	A-INT-CAMTRA380 
Confezione singola Confezione da 10 pezzi Vite di serraggio In dotazione con gli scanbody e ordinabile anche separatamente come ricambio	VM2-180 VM2-180-10 	Utilizzare VM2-180
Confezione singola Vite di ricambio per serraggio di pilastri individuali in ossido di zirconio e sovrastrutture protesiche ECHO in ossido di zirconio direttamente su impianti (in titanio Gr. 5 complete di anellino di ammortizzazione)	A-CAMTVABU180 	Utilizzare A-CAMTVABU180
Confezione singola Confezione da 10 pezzi Vite di ricambio per serraggio di pilastri individuali in titanio e per sovrastrutture protesiche ECHO in titanio e cromo cobalto avvitate direttamente su impianti (in titanio Gr. 5)	VM2-180 VM2-180-10 	Utilizzare VM2-180

Torque raccomandato per gli scanbody: 20-25 Ncm.

descrizione	codice
<p>Scanbody da laboratorio in Ergal per trasferire il posizionamento delle connessioni P.A.D. Riposizionabili Vite di serraggio inclusa</p>	<p>PAD-CAMETRA500</p> 
<p>Scanbody in PEEK specifico per uso intraorale per abutment P.A.D. Vite di serraggio inclusa</p>	<p>PAD-INT-CAMTRA</p> 
<p>Confezione singola</p> <p>Vite di ricambio per serraggio di sovrastrutture protesiche in ossido di zirconio su abutment P.A.D. in titanio Gr. 5 complete di anellino di ammortizzazione</p>	<p>PAD-VCAM-140</p> 
<p>Confezione singola Confezione da 10 pezzi</p> <p>Vite di ricambio per serraggio di sovrastrutture protesiche ECHO in titanio e cromo cobalto su abutment P.A.D. in titanio Gr. 5</p>	<p>PAD-VP-140 PAD-VP-140-10</p> 
<p>Confezione da 10 pezzi</p> <p>Anellini di ammortizzazione della testa della vite di serraggio, di ricambio, per pilastri individuali in ossido di zirconio ECHO in PEEK classic e per sovrastrutture in ossido di zirconio</p>	<p>CAMPRON205-10</p> 


























Torque raccomandato per gli scanbody per abutment P.A.D.: 20-25 Ncm.

T-Connect

I supporti T-Connect consentono di realizzare corone integrali, pilastri e strutture multiple, con tecnica per incollaggio, in differenti materiali con tutti i sistemi CAD CAM aperti, tra cui Echo di Sweden & Martina, senza rinunciare alla precisione micrometrica nell'accoppiamento tra le piattaforme ottenibile con le componenti tradizionali. Il manufatto fresato, sia esso in zirconia, disilicato di litio, cromo cobalto o altro materiale, viene consegnato separato dalla T-Connect: la solidarizzazione tra le due parti può essere eseguita a banco con cemento anaerobico. La riabilitazione protesica finale prevede una piccola base di appoggio in titanio Gr 5 che costituisce una interfaccia tra l'impianto e la corona.

Nel caso in cui i pilastri siano realizzati tramite software ECHO, vedere pag. 74 per i codici degli scanbody da utilizzare. Per ulteriori informazioni sui sistemi compatibili è possibile contattare il product specialist CAD-CAM Sweden & Martina al numero 049-9124394.



∅ componente protesica	3.30	3.80	4.25	5.00
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00	4.25 - 5.00	5.00
T-Connect per protesi singola Cono di cementazione H 4.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-BASTZR-S-330-4 	A-BASTZR-S-380-4 	AS-BASTZR-S-425-4 	AS-BASTZR-S-500-4 
T-Connect per protesi singola Cono di cementazione H 6.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-BASTZR-S-330-6 	A-BASTZR-S-380-6 	AS-BASTZR-S-425-6 	AS-BASTZR-S-500-6 
T-Connect per protesi multipla Cono di cementazione H 4.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-BASTZR-M-330-4 	A-BASTZR-M-380-4 	AS-BASTZR-M-425-4 	AS-BASTZR-M-500-4 
T-Connect per protesi multipla Cono di cementazione H 6.00 mm Vite di serraggio inclusa	A-BASTZR-M-330-6 	A-BASTZR-M-380-6 	AS-BASTZR-M-425-6 	AS-BASTZR-M-500-6 
Cannule per modellazione wax-up su T-Connect H cono 4.00 mm	A-CCBAS-330-4 	A-CCBAS-380-4 	A-CCBAS-425-4 	A-CCBAS-500-4 
Cannule per modellazione wax-up su T-Connect H cono 6.00 mm	A-CCBAS-330-6 	A-CCBAS-380-6 	A-CCBAS-425-6 	A-CCBAS-500-6 
Confezione singola Confezione da 10 pezzi	VM2-180 VM2-180-10	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180	Utilizzare VM2-180
Vite di serraggio In dotazione con le T-Connect e ordinabile anche separatamente come ricambio				

Torque raccomandato per le T-Connect: 20-25 Ncm.

Avvertenza importante

Si raccomanda di utilizzare sempre viti di prova per le fasi di laboratorio e di conservare la vite nuova in dotazione per il fissaggio definitivo in bocca.

Abutment Locator

Gli abutment Locator* sono una soluzione protesica brevettata versatile, semplice e sicura per ancorare le overdenture agli impianti. Il sistema Locator consente di correggere con facilità divergenze sino a 40° (20° per impianto) in spazi occlusali limitati; dato il suo ridotto ingombro, è ideale per tutti i pazienti con protesi mobile.

Gli abutment sono realizzati in titanio Gr. 5 e sono disponibili in diverse altezze transmuose.

I Locator vanno serrati a 25-30 Ncm, utilizzando l'apposita brugola (brugola corta codice 8926-SW, brugola lunga codice 8927-SW).

Si vedano le pagine seguenti per gli accessori disponibili.

Il sistema Locator dispone di una pratica cappetta in acciaio o in titanio in cui alloggiare il ritentore all'interno della protesi. Quando il ritentore perde ritentività, la sostituzione è estremamente facile poiché non è necessario estrarlo dalla resina sottraendo materiale alla protesi, ma con una semplice operazione lo si può estrarre dalla cappetta in metallo, che rimane ancorata alla protesi














La testa dell'abutment Locator è caratterizzata da un disegno autoguidante, che facilita l'inserimento della protesi. Questo autoallineamento della protesi riduce l'usura dei pezzi e aumenta la durata della vita del dispositivo












** I Locator Abutment e le relative componenti presentate nelle pagine seguenti sono dispositivi medici fabbricati e brevettati da Zest Anchors, Inc., 2875 Loker Avenue East, Carlsbad, CA 92010, USA. Locator è un marchio registrato di Zest Anchors, Inc. Il Mandatario Europeo ai fini della DDM 93/42/CEE è Wellkang Tech Consulting, 29 Harley St., London W1G 9QR, United Kingdom.*

∅ componente protesica	3.30	3.80
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00
Abutment Locator Emergenza dritta H transucosa 1.00 mm	1670 	1675 
Abutment Locator Emergenza dritta H transucosa 2.00 mm	1671 	1676 
Abutment Locator Emergenza dritta H transucosa 3.00 mm	1672 	1677 
Abutment Locator Emergenza dritta H transucosa 4.00 mm	-	1678 
Abutment Locator Emergenza dritta H transucosa 5.00 mm	-	1679 
Abutment Locator Emergenza dritta H transucosa 6.00 mm	-	1680 

Torque di serraggio raccomandato per gli abutment Locator: 25-30 Ncm.

Accessori per overdenture su abutment Locator








descrizione	codice
Kit composto da 2 cappette in titanio Gr. 5, 2 anellini distanziatori in gomma siliconica, 2 ritentori in polietilene nero (LDPE 993I) a bassa ritenzione per la presa dell'impronta e 2 ritentori in nylon per ciascuna delle 4 diverse capacità di ritenzione	8519-2 
Kit composto da 2 cappette in titanio Gr. 5, 2 anellini distanziatori in gomma siliconica, 2 ritentori in polietilene nero (LDPE 993I) a bassa ritenzione per la presa dell'impronta e 2 ritentori in nylon per ciascuna delle 4 diverse capacità di ritenzione studiate per grandi disparallelismi	8540-2 
Kit composto da 2 cappette in acciaio, 2 anellini distanziatori in gomma siliconica, 2 ritentori in polietilene nero (LDPE 993I) a bassa ritenzione per la presa dell'impronta e 2 ritentori in nylon per ciascuna delle 4 diverse capacità di ritenzione	8550-2 
Confezione da n. 20 anellini distanziatori in gomma siliconica per la fase di ribasatura della protesi	8514 
Confezione da n. 4 ritentori in polietilene nero (LDPE 993I) A bassa ritenzione per la presa dell'impronta	8515 
Confezione da n. 4 ritentori in nylon trasparenti Ritenzione 5 lb corrispondenti a 2268 g	8524 
Confezione da n. 4 ritentori in nylon rosa Ritenzione 3 lb corrispondenti a 1361 g	8527 
Confezione da n. 4 ritentori in nylon blu Ritenzione 1,5 lb corrispondenti a 680 g	8529 
Confezione da n. 4 ritentori in nylon verde Ritenzione 4 lb corrispondenti a 1814 g	8547 
Confezione da n. 4 ritentori in nylon rosso Ritenzione 1 lb corrispondente a 450 g	8548 
Confezione da n. 4 ritentori in nylon arancione Ritenzione 2 lb corrispondenti a 907 g	8915 


descrizione	codice
Confezione da n. 4 analoghi in alluminio dell'abutment Locator, misura unica per tutte le piattaforme	8530 
Confezione da n. 4 transfer in alluminio dell'abutment Locator, misura unica per tutte le piattaforme N. 4 ritentori in polietilene nero (LDPE 993I) a bassa ritenzione incluso (cod. 8515), disponibile anche come ricambio	8505 
Confezione da n. 4 ritentori in polietilene nero (LDPE 993I) A bassa ritenzione per la presa dell'impronta	8515 
Confezione da n. 4 perni di parallelismo in polietilene nero (LDPE 993I) per abutment Locator	8517 
Piastrina in acciaio AISI 316L per la misurazione delle angolazioni	9530 
Locator Core Tool. Strumento in acciaio composto da manico, da driver (8390) per l'avvitamento degli abutment Locator, da puntale (8397) per l'inserimento dei ritentori nelle cappette e dalla camicia di ritenzione (8394) per driver (8390) per il trasporto degli abutment Locator nel cavo orale	8393 
Puntale in acciaio per l'inserimento dei ritentori nelle cappette Non necessario per chi è già in possesso o ordina separatamente il Locator Core Tool completo	8397 
Driver in acciaio per avvitamento/svitamento abutment Non necessario per chi è già in possesso o ordina separatamente il Locator Core Tool completo	8390 
Camicia di ritenzione per driver (8390) per il trasporto degli abutment Locator nel cavo orale	8394 
Brugola corta in titanio Gr. 5 per l'avvitamento di abutment Locator, con raccordo esagonale per chiave dinamometrica Non incluso nel kit chirurgico, acquistabile separatamente	8926-SW 
Brugola lunga in titanio Gr. 5 per l'avvitamento di abutment Locator, con raccordo esagonale per chiave dinamometrica Non incluso nel kit chirurgico, acquistabile separatamente	8927-SW 

Overdenture ancorata tramite attacchi sferici

Presentano un piccolo esagono alla base della sfera, che serve per ingaggiare la brugola di avvitamento (la brugola non fa parte del kit chirurgico, può essere ordinata separatamente con il cod. BASCC-EX). Tale brugola è compatibile con il cricchetto dinamometrico del sistema. Si vedano le pagine successive per l'elenco delle matrici disponibili e dei relativi accessori.



∅ componente protesica	3.30	3.80
per impianti ∅	3.80	3.80 - 4.25 - 5.00
Attacchi sferici Emergenza dritta H transucosa 1.00 mm	A-AS-330-1 ∅ 2.20... ∅ 3.30... 1.00 	A-AS-380-1 ∅ 2.20... ∅ 3.80... 1.00 
Attacchi sferici Emergenza dritta H transucosa 2.00 mm	A-AS-330-2 ∅ 2.20... ∅ 3.30... 2.00 	A-AS-380-2 ∅ 2.20... ∅ 3.80... 2.00 
Attacchi sferici Emergenza dritta H transucosa 4.00 mm	A-AS-330-4 ∅ 2.20... ∅ 3.30... 4.00 	A-AS-380-4 ∅ 2.20... ∅ 3.80... 4.00 
Analogo dell'attacco sferico	ANAS ∅ 2.20... 	Utilizzare ANAS

descrizione	codice
Avvitatore in acciaio per attacchi sferici, con raccordo per cricchetto dinamometrico o raccordo digitale	BASCC-EX 

Torque raccomandato per gli attacchi sferici: 25-30 Ncm.

Accessori per overdenture su attacchi sferici

Cappette in poliammide per attacchi sferici

descrizione	codice
Cappetta in poliammide per attacchi sferici \varnothing 2.20 mm	CAP-TFL-1
Contenitore in acciaio per cappetta in poliammide \varnothing esterno 4.80 mm H 3.20 mm	CONT-CAP-TFL-1



Cappette in titanio per attacchi sferici

descrizione	codice
Cappetta in titanio Gr. 5, completa di cuffia in due parti, molla di ritenzione in titanio, e anellino di montaggio in plastica per attacchi sferici \varnothing 2.20 mm H 3.20 mm	CAP-TIT-1
Anello in plastica di ricambio per cappetta in titanio H 2.20 mm	AN-CAP-TIT-1
Molla di ritenzione di ricambio per cuffietta in titanio Media durezza in acciaio, \varnothing 3.20 mm	MOL1-CAP-TIT-1
Molla di ritenzione di ricambio per cuffietta in titanio Morbida, per adattamento progressivo della protesi in acciaio, \varnothing 3.20 mm	MOL2-CAP-TIT-1
Avvitatore per il montaggio e la manutenzione della cappetta in titanio CAP-TIT-1	AVV-CAP-TIT-1







Cappette in lega aurea per attacchi sferici

descrizione	codice
Cappetta in lega aurea 2 per attacchi sferici \varnothing 2.20 mm, completa di 3 anellini in plastica per il suo posizionamento e di un distanziatore in stagno da laboratorio. H 3.10 mm, \varnothing esterno 3.50 mm	CAP-1



Sistema di ritenzione o-ring

descrizione	codice	
<p>Confezione da 6 pezzi</p> <p>Contenitore in metallo a forma di anellino per o-ring in gomma per attacchi sferici \varnothing 2.20 mm. H 1.50 mm, \varnothing esterno 4.50 mm</p>	1500502	
<p>Confezione da 12 pezzi</p> <p>Anellino rosso in silicone da laboratorio H 1.50 mm, \varnothing esterno 4.50 mm</p>	1500505	
<p>Confezione da 12 pezzi</p> <p>Anellino bianco in gomma naturale, morbido H 1.50 mm, \varnothing esterno 4.50 mm</p>	1500504	
<p>Confezione da 12 pezzi</p> <p>Anellino nero in gomma naturale, duro H 1.50 mm, \varnothing esterno 4.50 mm</p>	1500503	

Overdenture su barre

descrizione	codice	
<p>Barra calcinabile, L. 5.00 cm H 3.00 mm, spessore 2.20 mm Profilo ovoidale con spaziatore</p>	BARC-CAV-TIT	
<p>Cavaliere divisibile in titanio per barre ovali H 3.00 mm, spessore 2.20 mm</p>	CAV-TIT	
<p>Barra calcinabile, L. 5.00 cm, \varnothing 2.20 mm</p>	BARC	
<p>Cavaliere in lega aurea 3 per barre tonde di \varnothing 2.20 mm</p>	CAV-375	

Composizione dei materiali

Titanio Gr. 4 (Cold worked)* ASTM F67-13, ISO 5832-2:2012 per impianti e viti chirurgiche di chiusura

composizione chimica	valori massimi ammessi (%)	tolleranza
azoto	0.05	+/- 0.02
carbonio	0.10	+/- 0.02
idrogeno	0.015	+/- 0.002
ferro	0.25	+/- 0.10 (%<0.25) +/- 0.15 (%>0.25)
ossigeno	0.20	+/- 0.02 (%<0.20) +/- 0.03 (%>0.20)
titanio	a bilancio	-

* Queste informazioni tecniche fanno fede a quanto espressamente specificato nelle normative vigenti per l'utilizzo del titanio Gr. 4 in implantologia:

- ASTM F67-13: Standard Specification for unalloyed titanium, for surgical implant applications.
- ISO 5832-2: 2012: Implant for surgery - Metallic materials - Part 2: Unalloyed titanium.

Nota bene: L'utilizzo di barre di titanio Gr. 4 ottenute da una lavorazione **cold worked** per la produzione degli impianti Sweden & Martina consente di sfruttare caratteristiche meccaniche superiori a quelle prescritte dalla norma. Inoltre gli ottimi risultati documentati **dal 1996** supportano la scelta del processo produttivo a freddo e del trattamento di **superficie ZirTi**, che esprime e valorizza le potenzialità della materia prima selezionata da Sweden & Martina.

Titanio Gr. 5* ASTM F136-13, ISO 5832-3:2012 per componenti protesiche

composizione chimica	valori massimi ammessi (%)	tolleranza
azoto	0.05	+/- 0.02
carbonio	0.08	+/- 0.02
idrogeno	0.012	+/- 0.002
ferro	0.25	+/- 0.10
ossigeno	0.13	+/- 0.02
alluminio	5.5÷6.5	+/- 0.40
vanadio	3.5÷4.5	+/- 0.15
titanio	a bilancio	-

* Queste informazioni tecniche fanno fede a quanto espressamente specificato nelle normative vigenti per l'utilizzo del titanio Gr. 5 in implantologia:

- ASTM F136-13: Standard Specification for wrought Titanium-6 Aluminium-4 Vanadium Eli (Extra low interstitial) Alloy for surgical applications;
- ISO 5832-3:2012: Implant for surgery - Metallic materials - Part 3: wrought Titanium-6 Aluminium-4 Vanadium Alloy.

Titanio Gr. 2* ASTM F67-13, ISO 5832-2:2012 per barrette

composizione chimica	valori massimi ammessi (%)	tolleranza
azoto	0.03	+/- 0.02
carbonio	0.08	+/- 0.02
idrogeno	0.015	+/- 0.002
ferro	0.30	+/- 0.10 (%<0.25) +/- 0.15 (%>0.25)
ossigeno	0.25	+/- 0.02 (%<0.20) +/- 0.03 (%>0.20)
titanio	a bilancio	-

* Queste informazioni tecniche fanno fede a quanto espressamente specificato nelle normative vigenti per l'utilizzo del titanio Gr. 2 in implantologia.

Resina REEF

resina Reef	
descrizione	materiale acrilico resistente alla colonizzazione batterica
colore	bianco translucido

proprietà fisiche e meccaniche	
durezza (ASTMD92/ISO 6507)	17.5 +/- 0.5 Vickers
resistenza a trazione	28.3 +/- 3.8 Mpa
resistenza alla compressione (ASTM D3410)	404.2 +/- 22 Mpa
resistenza alla flessione (ASTM D790M)	67.5 +/- 15.3 Mpa

PEEK

PEEK	
denominazione chimica	polietereterchetone
colore	bianco crema opaco

proprietà fisiche e meccaniche	
densità	1.14 g/cm ³
modulo di elasticità alla trazione (DIN EN ISO 527-2)	4100 MPa
tensione di snervamento (DIN EN ISO 527-2)	>90 MPa
tensione di snervamento a 0.2% (DIN EN ISO 527-2)	>70 MPa
allungamento a 0.2 % (DIN EN ISO 527-2)	5 %
allungamento a rottura (DIN EN ISO 527-2)	13 %
resistenza a flessione (DIN EN ISO 178)	174 MPa
modulo di elasticità alla flessione (DIN EN ISO 178)	4000 MPa
modulo di compressibilità (EN ISO 604)	3500 MPa

proprietà termiche	
temperatura di trasformazione vetrosa	150 °C
temperatura massima per l'utilizzo a breve	300 °C
temperatura massima per l' utilizzo in continuo	260 °C

proprietà chimiche	
assorbimento a 23° in 24/96 h (DIN EN ISO 62)	0.02/0.03%

PMMA

PMMA	
denominazione chimica	polimetilmetacrilato
colore	trasparente

proprietà fisiche e meccaniche	
densità	1.19 g/cm ³
tensione di snervamento (DIN EN ISO 527-2)	80 MPa
allungamento alla rottura (DIN EN ISO 527-2)	5.5 %
modulo di elasticità alla trazione (DIN EN ISO 527-2)	3300 MPa
durezza alla penetrazione della sfera (ISO 2039-1)	175 MPa
resistenza all'urto (Charpy) (DIN EN ISO 179-1eU)	15 kJ/m ²

proprietà termiche	
temperatura massima per l'utilizzo in continuo	80 °C
temperatura massima per l'utilizzo a breve	85 °C
coefficiente di espansione termica lineare (0-50 °C, long) (DIN 53752-A)	7x10 ⁻⁵ 1/K
conduttività termica (DIN 52612)	0.19 W/(K*m)
Heat Deflection Temperature (HDT-B) a 0.46 MPa (DIN ISO 75)	113 °C
Heat Deflection Temperature (HDT-A) a 1.80 MPa (DIN ISO 75)	105 °C

POM

POM	
denominazione chimica	polioossimetilene (copolimero)
colore	bianco opaco

proprietà fisiche e meccaniche	
densità	1.41 g/cm ³
tensione di snervamento (DIN EN ISO 527-2)	67 MPa
allungamento alla rottura (DIN EN ISO 527-2)	32%
modulo di elasticità alla trazione (DIN EN ISO 527-2)	2800 MPa
durezza alla penetrazione della sfera (ISO 2039-1)	165 MPa
Resistenza all'urto (Charpy) (DIN EN ISO 179-1eU)	Non rotto

proprietà termiche	
temperatura di fusione (DIN 53765)	166 °C
temperatura massima per l'utilizzo in continuo	100 °C
temperatura massima per l'utilizzo a breve	140 °C
capacità termica specifica	1,4 J/(g*K)
espansione termica (CLTE) 23°C-60°C (DIN EN ISO 11359-1;2)	13x10 ⁻⁵ 1/K
espansione termica (CLTE) 23°C-100°C (DIN EN ISO 11359-1;2)	14x10 ⁻⁵ 1/K

proprietà chimiche	
assorbimento (DIN EN ISO 62) 24h/96h (23 °C)	0.05/0.1%

Legga aurea

legga aurea	legga aurea 1	legga aurea 2	legga aurea 3
denominazione	legga aurea 1	legga aurea 2	legga aurea 3
colore	bianco	giallo	giallo

composizione	% di riferimento		
Au	60 %	> 68.60 %	70 %
Pt	24 %	2.45 %	8.5 %
Pd	15 %	3.95 %	-
Ir	1 %	0.05 %	0.10 %
Ag	-	11.85 %	13.40 %
Cu	-	10.60 %	7.50 %
Zn	-	2.50 %	0.50 %
Au+metalli gruppo Pt	-	75.35 %	-
Ru	-	-	-

proprietà fisiche e meccaniche			
densità	18.1 g/cm ³	15.0 g/cm ³	15.7 g/cm ³
intervallo di fusione	1400 ÷ 1460 °C	880 ÷ 940 °C	895 ÷ 1010 °C
modulo di elasticità alla trazione	115 GPa	97 GPa	100 GPa
durezza Vickers HV1 (gold alloy1) HV5 (gold alloy 2, gold alloy 3)	160 (ricotto) 250 (temperato) 220 (dopo deformazione) 240 (dopo la fusione)	> 240	170 (ricotto) 295 (dopo deformazione)
limite di elasticità	400 MPa (ricotto) 700 (dopo deformazione) 800 (dopo fusione)	> 710 MPa	380 MPa (ricotto) 730 (dopo deformazione)
allungamento	20 % (ricotto) 15 % (dopo deformazione) 1 % (dopo la cottura)	> 4 %	37 % (ricotto) 13 % (dopo deformazione)

- Lega Aurea "1": tutti i pilastri calcinabili con base in lega preformata.
- Lega Aurea "2": CAP-1 cappetta per attacchi sferici in lega aurea.
- Lega Aurea "3": CAV-375 cavaliere in lega per barre tonde \varnothing 2.20 mm

Legga cromo cobalto

composizione chimica	valori massimi ammessi (%)
C	0.10
Mn	1.00
Cr	26.00 ÷ 30.00
Ni	1.00
Mo	5.00 ÷ 7.00
N	0.25
Fe	0.75
Co	a bilancio

proprietà fisiche e meccaniche	
densità	8.27 g/cm ³
modulo di elasticità alla trazione	241 GPa
tensione di snervamento (0.2%)	585 MPa
tensione a rottura	1035 MPa
allungamento allo snervamento	25 %
riduzione della sezione	23 %
durezza	30 HTc

proprietà termiche	
intervallo di fusione	1400 ÷ 1450 °C
coefficiente di espansione termica a 500 °C	14.15
coefficiente di espansione termica a 600 °C	14.47
conducibilità termica a 600 °C	25.76W/mK

Consigli per la sovrafusione con leghe vili

A cura dell'Odt. Loris Zamuner

La fusione con leghe vili, meno predicibile rispetto a quella con leghe nobili, aumenta la difficoltà di mantenere la precisione a livello della connessione protesica perché oltre ai fattori di intimo contatto tra le leghe e resistenza meccanica subentrano anche problematiche di fenomeni corrosivi, ben noti agli odontotecnici.

Poiché queste leghe durante il loro riscaldamento si ossidano, è necessario avere ulteriori accorgimenti durante la preparazione dei modellati, durante la procedura di messa in rivestimento e fusione per evitare complicanze non solo di tipo meccanico, ma anche biologico (es. tatuaggi gengivali, ossia macchie nerastre dovute all'ossido-riduzione dei metalli della protesi, che sono molto difficili da trattare e rimuovere).

A tale proposito riportiamo alcuni consigli che, pur non eliminando completamente le problematiche sopra citate, possono essere d'aiuto al laboratorio per un corretto utilizzo dei pilastri calcinabili con base in cromo-cobalto:

- Rimuovere la cannula calcinabile dalla base e sigillare con della cera o della resina calcinabile lo spazio interstiziale, in modo da evitare la formazione di eventuali fessure.
- Stendere sulla superficie metallica uno strato di soluzione disossidante (es. flux) prima di riposizionare e fissare la cannula calcinabile: questa procedura può ridurre la quantità di ossidi che si formano durante il riscaldamento della lega.
- La modellazione deve delimitare in modo ben definito la zona di giunzione cannula calcinabile - base prefabbricata con un bordo di chiusura ben rappresentato al fine di evitare che la lega sovrafusa possa penetrare alla base del pilastro.
- La pernatura per la messa in cilindro deve effettuarsi in una zona con adeguato volume circostante per evitare che durante la fusione la lega iniettata si raffreddi prima di completare il riempimento della forma finale. Non posizionare la spina di fusione in zone sottili per evitare deformazioni causate dal calore della lega fusa.
- L'espansione del rivestimento refrattario da fusione va mantenuta ai valori minimi per evitare che si crei uno spazio tra base metallica e rivestimento, dovuto a una differenza di espansione tra i due strati. Se non c'è un intimo contatto tra rivestimento e base metallica potrebbe infiltrarsi una pellicola sottile di metallo sulla base prefabbricata che, raggiungendo anche la piattaforma di connessione impianto-protesica, influirà sulla precisione con evidenti problematiche di tipo biomeccanico e biologico.
- Il riscaldamento del cilindro deve essere uniforme in tutte le sue parti. Poiché che al suo interno sono inglobate le componenti metalliche prefabbricate, che assorbono calore per loro natura, è opportuno mantenere la temperatura finale di riscaldamento per un tempo prolungato e successivamente innalzarla di circa 20 -30°C rispetto alla temperatura consigliata dal produttore della lega.
- Nella scelta della lega da sovrafondere è opportuno valutarne accuratamente la temperatura di fusione rispetto a quella della componente da sovrafondere, che deve essere superiore di circa 80 -100°C per non essere deformata ma per consentire una buona unione tra le due leghe.
- Dopo la fusione lasciare raffreddare lentamente il cilindro per evitare che si formino tensioni tra le due leghe.
- Evitare il contatto tra ceramica e lega base durante la cottura della ceramica stessa perché i differenti coefficienti di espansione termica (CTE) possono creare delle crepe nello strato di rivestimento.
- Dov'è possibile (in zone non estetiche) tenere l'area di interfaccia tra la base prefabbricata e la struttura sovrafusa al di fuori del solco gengivale.
- Nelle protesi avvitate in composito, inglobare la linea di interfaccia tra la base prefabbricata e la struttura sovrafusa all'interno del rivestimento estetico.
- Utilizzare uno stesso tipo di lega per tutta la ricostruzione protesica, al fine di evitare indebolimenti parziali, rotture e scarico scorretto delle forze sugli impianti.

Ricordiamo che questa tecnica è soggetta a problematiche di resistenza meccanica, corrosione e reazioni galvaniche tipiche delle leghe preziose e quindi maggiormente presenti in leghe non nobili.

Bibliografia relativa agli impianti Sweden & Martina dal 2013

Per pubblicazioni antecedenti consultare "Scientifica - Rassegna Bibliografica di Implantologia"

- Rancitelli D., Ciccù M., Lini F., Fumagalli D., Frigo C., Maiorana C. Reproducibility of a Digital Method to Evaluate Soft Tissue Modifications: A study of Inter and Intra-Operative Measurement Concordance. *The Open Dentistry Journal*, 2017, 11, 171-180 DOI: 10.2174/1874210601711010171
- Sanz-Martin I., Noguero F., Ortiz-Vigón A., Sanz-Sanchez I., Cok S., Sanz M. Randomized controlled clinical trial comparing two dental implants with different neck configurations. *Clin Implant Dent Relat Res*. 2017;1-11
- Solá-Ruiz F., Del Rio Highsmith J., Labaig-Rueda C., Agustín-Panadero R. Biologically oriented preparation technique (BOPT) for implant-supported fixed prostheses. *J Clin Exp Dent*. 2017;9(4):e603-7. doi:10.4317/jced.53703
- Dejana T., Menini M., Calimodio I., Canepa P., Setti P., Pera P. AIOP XXXV International Congress Bologna, November 17-19, 2016
- Vigolo P., Gracis S., Carboncini F., Mutinelli S., Internal- vs External-Connection Single Implants: A Retrospective Study in an Italian Population Treated by Certified Prosthodontists *Int J Oral Maxillofac Implants* 2016;31:1385-1396. doi: 10.11607/jomi.4618
- Crespi R., Capparé P., Crespi G., Gastaldi G., Gherlone E., Bone-Level Changes Around Delayed Dental Implants in Previous Large Bone Defects Filled with Reactive Soft Tissue After Extraction: A Cone Beam Computed Tomography Study. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2016;31:1429-1434. doi: 10.11607/jomi.4739
- Bruschi G., Capparé P., Bravi F., Grande N., Gherlone E., Gastaldi G., Crespi R. Radiographic Evaluation of Crestal Bone Level in Split-Crest and Immediate Implant Placement: Minimum 5-Year Follow-up. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2017;32:114-120. doi: 10.11607/jomi.4203
- Canullo L., Orlato Rossetti P., Penarrocha D. Identification of *Enterococcus Faecalis* and *Pseudomonas Aeruginosa* on and in Implants in Individuals with Peri-implant Disease: A Cross-Sectional Study. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2015;30:583-587. doi: 10.11607/jomi.3946
- Kalemaj Z., Scarano A., Valbonetti L., Rapone B., Grassi F. Bone response to four dental implants with different surface topographies: a histologic and histometric study in minipigs. *Int J Periodontics Restorative Dent* 2016;36:745-754. doi: 10.11607/prd.2719
- Canullo L., Tallarico M., Penarrocha D., Meloni S., Penarrocha M. Impact of abutment cleaning on peri-implant tissues: 5-year RCT; *Eur J Oral Implantol* 2016;9(3 Suppl 2): S9-S52
- Sanz-Sánchez I., Sanz-Martin I., Ortiz-Vigón A., Cok S., Bolland J., Noguero F., Sanz M. Randomised controlled clinical trial comparing two dental implants with different neck configurations. *Clin. Oral Impl. Res.* 27 (Suppl. 13), 2016
- Canullo L., Tallarico M., Penarrocha M., Garcia B., Penarrocha D. Plasma of argon cleaning treatment on implant abutments in periodontally healthy patients: five years post-loading results of an RCT. *Clin. Oral Impl. Res.* 27 (Suppl. 13), 2016
- Mattarozzi M., Manfredi E., Lorenzi A., Smerieri A., Di Blasio A., Macaluso G., Lumetti S., Galli C. Comparison of environmental scanning electron microscopy in low vacuum or wet mode for the investigation of cell biomaterial interactions. *Acta Biomed* 2016; Vol. 87, N. 1: 16-21
- Agabiti I., Botticelli D., Transcrestal sinus floor elevation performed twice with collagen sponges and using a sonic instrument. *J Oral Science Rehabilitation*. 2016 Mar;2(1):40-7
- Cannizzaro G., Felice P., Loi I., Viola P., Ferri V., Leone M., Lazzarini M., Trullénque-Eriksson A., Esposito M. Immediate loading of two (fixed-on-2) versus three (fixed-on-3) implants placed supporting cross-arch fixed prostheses: One-year results from a randomized controlled trial. *Eur J Oral Implantol* 2016;9(2):143-153
- Cannizzaro G., Felice P., Loi I., Viola P., Ferri V., Leone M., Lazzarini M., Trullénque-Eriksson A., Esposito M. Machined versus roughened immediately loaded and finally restored single implants inserted flapless: preliminary 6-month data from a splith-mouth randomised controlled trial; *Eur J Oral Implantol* 2016;9(2):155-163
- Tarazona B., Vidal-Infer A., Alonso-Arroyo A. Bibliometric analysis of the scientific production in Implantology (2009-2013). *Clin. Oral Impl. Res.* 00, 2016, 1-7. doi: 10.1111/clr.12891
- García B, Camacho F, Penarrocha D, Tallarico M, Perez S, Canullo L. Influence of plasma cleaning procedure on the interaction between soft tissue and abutments: a randomized controlled histologic study. *Clin. Oral Impl. Res.* 00, 2016, 1-9 doi: 10.1111/clr.12953
- Botticelli D, Lang NP. Dynamics of osseointegration in various human and animal models - a comparative analysis. *Clin. Oral Impl. Res.* 00:2016,1-7. doi: 10.1111/clr.12872
- Penarrocha-Oltra D., Monreal-Bello A., Penarrocha-Diago M., Barquero J., Botticelli D., Canullo L., Microbial Colonization of the Peri-Implant Sulcus and Implant Connection of Implants Restored With Cemented Versus Screw-Retained Superstructures: A Cross-Sectional Study *J Periodontol* 2016;87:1002-1011.
- Canullo L, Caneva M, Tallarico M. Ten-year hard and soft tissue results of a pilot double-blinded randomized controlled trial on immediately loaded post-extractive implants using platform-switching concept *Clin. Oral Impl. Res.* 00, 2016, 1-9 doi: 10.1111/clr.12940
- Canullo L, Radovanovic S, Delibasic B, Blaya J, Penarrocha D, Rakic M. The predictive value of microbiological findings on teeth, internal and external implant portions in clinical decision making. *Clin. Oral Impl. Res.* 00, 2016, 1-9 doi: 10.1111/clr.12828
- Caroprese M, Lang NP, Rossi F, Ricci S, Favero R, Botticelli D. Morphometric evaluation of the early stages of healing at cortical and marrow compartments at titanium implants: an experimental study in the dog. *Clin. Oral Impl. Res.* 00, 2016; 1-8. doi: 10.1111/clr.12913
- Cannizzaro G., Felice P., Loi I., Viola P., Ferri V., Leone M., Collivasone D., Esposito M. Immediate loading of bimaxillary total fixed prostheses supported by five flapless-placed implants with machined surfaces: a 6-month follow-up prospective single cohort study; *Eur J Oral Implantol* 2016;9(1):67-74
- Barone A., Marconcini S., Giammarinaro E., Mijiritsky E., Gelpi F., Covani U., Clinical Outcomes of Implants Placed in Extraction Sockets and Immediately Restored: A 7-Year Single-Cohort Prospective Study; DOI 10.1111/cid.12393
- Natali A., Bertocchi E., Baldini A., Mulas G., Martinolli M., Bortolini S., A New Volumetric Parameter for a Comparative Finite-Element Analysis of a Six- or Four-Implant Mandibular Total-Arch Rehabilitation; *Open Journal of Stomatology*, 2016, 6, 12-21
- Annunziata M, Canullo L, Donnarumma G, Caputo P, Nastri L, Guida L. Bacterial inactivation/sterilization by argon plasma treatment on contaminated titanium implant surfaces: In vitro study. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2016 Jan 1;21 (1):e118-21. doi:10.4317/medoral.20845
- Canullo L., Schlee M., Wagner W., Covani U., on behalf of the Montegrotto Group for the Study of Peri-implant Disease, International Brainstorming Meeting on Etiologic and Risk Factors of Peri-implantitis, Montegrotto (Padua, Italy), August 2014, *INT J ORAL MAXILLOFAC IMPLANTS* 2015;30:1093-1104. doi: 10.11607/jomi.4386
- L. Canullo, Penarrocha-Oltra D., Covani U., Orlato Rossetti P., Microbiologic and Clinical Findings of Implants in Healthy Condition and with Peri-Implantitis, *INT J ORAL MAXILLOFAC IMPLANTS* 2015;30:834-842. doi: 10.11607/jomi.3947
- L. Canullo, T. Genova, M. Tallarico, G. Gautier, F. Mussano, D. Botticelli, Impacts of Argon Affects the Earliest Biological Response of Different Implant Surfaces: An In Vitro Comparative Study, *Journal of Dental Research* 1-8, DOI: 10.1177/0022034516629119
- Canullo L, Tallarico M, Radovanovic S, Delibasic B, Covani, U, Rakic M. Distinguishing predictive profiles for patient-based risk assessment and diagnostics of plaque induced, surgically and prosthetically triggered peri-implantitis. *Clin. Oral Impl. Res.* 00, 2015, 1-8; doi: 10.1111/clr.12738
- Canullo L., Tallarico M., Penarrocha-Oltra D., Monje A., Wang H., Penarrocha-Diago M., Implant Abutment Cleaning by Plasma of Argon: 5-Year Follow-Up of a Randomized Controlled Trial; *J Periodontol* 2016;87:434-442.
- Canullo L, Cocchetto R, Marinotti F, Oltra DP, Diago MP, Loi I. Clinical evaluation of an improved cementation technique for implant-supported restorations: a randomized controlled trial. *Clin. Oral Impl. Res.* 00, 2015; 1-8; doi: 10.1111/clr.12589
- Crespi R., Capparé P., Gastaldi G., Gherlone E. Immediate Occlusal Loading of Full-Arch Rehabilitations: Screw-Retained Versus Cement-Retained Prosthesis. An 8-Year Clinical Evaluation; *INT J ORAL MAXILLOFAC IMPLANTS* 2014;29:1406-1411; doi: 10.11607/jomi.3746
- Kern J-S, Kern T, Wolfart S, Heussen N. A systematic review and meta-analysis of removable and fixed implant-supported prostheses in edentulous jaws: post-loading implant loss. *Clin. Oral Impl. Res.* 00, 2015, 1-22; doi: 10.1111/clr.12531
- Beolchini M, Lang NP, Gomez Moreno G, Iezzi G, Botticelli D, Calvo Guirado JL. Bone healing at implants with different surface configurations: an experimental study in dogs. *Clin. Oral Impl. Res.* 00, 2015; 1-7; doi: 10.1111/clr.12562
- Mainetti T, Lang NP, Bengazi F, Favero V, Soto Cantero L, Botticelli D. Sequential healing at implants installed immediately into extraction sockets. An experimental study in dogs. *Clin. Oral Impl. Res.* 27, 2016, 130-138; doi: 10.1111/clr.12533
- Canullo L., Penarrocha-Oltra D, Covani U, Botticelli D, Serino G, Penarrocha M.; Clinical and microbiological findings in patients with peri-implantitis: a cross-sectional study. *Clin. Oral Impl. Res.* 00, 2015, 1-7; doi: 10.1111/clr.12557
- Agustín-Panadero R., Serra-Pastor B., Chust-López C., Fons-Font A, Ferreira A.; Immediate placement of single implant simultaneously with immediate loading in a fresh socket associated to periapical infection: a clinical case report; *J Clin Exp Dent*. 2015;7(1):e175-9; doi:10.4317/jced.52160
- Gandolfi M.G., Siboni F., Piattelli A., Prati C.; Nano-topography, microchemical properties and calcium phosphates nucleation of premium implant surfaces; 30th Annual Congress, American Academy of Osseointegration, San Francisco, 12-14 March 2015, Poster Id 2088727
- Caneva M., Lang N.P., Calvo Guirado J.L., Spriano A.M., Iezzi G., Botticelli D.; Bone healing at bicortically installed implants with different surface configurations. an experimental study in rabbits; *Clinical Oral Implant Research*, 2015; 26:293-299

- doi: 10.1111/clr.12475
- Beolchini M, Lang N.P., Gomez Moreno G., Iezzi G., Botticelli D., Calvo Guirado J.L.; Bone healing at implants with different surface configurations: an experimental study in dogs. *Clinical Oral Implant Research*, 2015; 00:1-7; doi: 10.1111/clr.12562
- Baffone G., Lang N.P., Pantani F., Favero G., Ferri M., Botticelli D.; Hard and soft tissue changes around implants installed in regular-sized and reduced alveolar bony ridges. An experimental study in dogs. *Clinical Oral Implant Research*, 2015; 26:96-101; doi: 10.1111/clr.12306
- Bengazi F., Lang N.P., Caroprese M., Velez J.U., Favero V., Botticelli D.; Dimensional changes in soft tissues around dental implants following free gingival grafting: an experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 2015; 26:176-82; doi: 10.1111/clr.12280
- Morelli F., Lang N.P., Bengazi F., Baffone D., Vila Morales C.D., Botticelli D.; Influence of bone marrow on osseointegration in long bones: an experimental study in sheep; *Clinical Oral Implant Research*, 2015; 26:300-306; doi: 10.1111/clr.12487
- Mainetti T., Lang N., Bengazi F., Sbricoli L., Soto Cantero L., Botticelli D.; Immediate loading of implants installed in a healed alveolar bony ridge or immediately after tooth extraction: an experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 2015; 26:435-441; doi: 10.1111/clr.12389
- Borgia V., Alfonsi F., Toti P., Tonelli P., Covani U., Barone A.; Immediate restoration of post-extraction implants. a 7 years prospective single cohort study; 30th Annual Congress, American Academy of Osseointegration, San Francisco, 12-14 March 2015, Poster
- Guazzotti P.P.; Carico immediato di impianti post estrattivi: presentazione di un caso clinico full-arch; *Doctor OS*, 2015; XXVI, 01
- Agustín Panadero R., Serra Pastor B., Chust López C., Fons Font A., Ferreiroa A.; Immediate placement of single implant simultaneously with immediate loading in a fresh socket associated to periapical infection: a clinical case report; *Journal of Clinical and Experimental Dentistry* 2015;7(1):e175-9
- Crespi R., Bruschi G.B., Gastaldi G., Capparè P., Gherlone E.F.; Immediate loaded implants in split-crest procedure; *Clinical Implant Dentistry and Related Research*, Article first published online: 17 MAR 2015; DOI: 10.1111/cid.12316
- Peñarrocha Oltra D., Covani U., Peñarrocha Diago M., Peñarrocha Diago M.A.; Immediate versus conventional loading with fixed full-arch prostheses in mandibles with failing dentition: a prospective controlled study; *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants* 2015;30:427-434; doi: 10.11607/jomi.3534
- Canullo L., Peñarrocha Oltra D., Covani U., Botticelli D., Serino G., Peñarrocha Diago M.; Clinical and microbiological findings in patients with peri-implantitis: a cross-sectional study; *Clinical Oral Implants Research* 2015; 00:1-7; doi: 10.1111/clr.12557
- Requena Gómez E., Cervantes Haro M.N., Aragoneses Lamas J.M.; ¿Es la cirugía guiada junto a la carga inmediata una técnica predecible? a propósito de un caso clínico; *Numeri Uno* 2015; 04: 16-19
- Peñarrocha Oltra D., Covani U., Peñarrocha Diago M., Peñarrocha Diago M.A.; Immediate versus conventional loading for the maxilla with implants placed into fresh and healed extraction sites to support a full-arch fixed prosthesis: nonrandomized controlled clinical study; *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants* 2015;30:427-434; doi: 10.11607/jomi.3534
- Bruschi G.B., Crespi R., Capparè P., Grande N., Bruschi E., Gherlone E.; Radiographic evaluation of crestal bone levels of delayed implants at medium-term follow-up; *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants* 2014;29:441-447 doi: 10.11607/jomi.3254
- Prati C., Zamparini F., Ciulla A., Buonavoglia A., Gatto M.R., Piattelli A., Gandolfi M.G.; Evaluation of marginal bone level of premium implants; IADR General Session, Boston 11-14 Marzo 2015, Poster
- Canullo L., Peñarrocha Oltra D., Soldini C., Mazzocco F., Peñarrocha Diago M., Covani U.; Microbiological assessment of the implant-abutment interface in different connections: cross-sectional study after 5 years of functional loading; *Clinical Oral Implantology*, 2015; 26:426-434, doi: 10.1111/clr.12383
- Kern J.S., Kern T., Wolfart S., Heussen N.; Review - a systematic review and meta-analysis of removable and fixed implant-supported prostheses in edentulous jaws: post-loading implant loss; *Clinical Oral Implants Research* 2015; 00:1-22; doi: 10.1111/clr.12531
- Martín Anciburo M.A.; Rehabilitación unitaria implantosoportada utilizando la técnica B.O.P.T. *Numeri Uno* 2015; 04:11-14
- Agustín Panadero R., Serra Pastor B., Roig Vanaclocha A., Román Rodríguez J.L., Fons Font A.; Mechanical behavior of provisional implant prosthetic abutments; *Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal* 2015; 20(1):e94-102
- Crespi R., Capparè P., Polizzi E.M., Gherlone E.F.; Tissue remodeling after bone expansion in grafted and ungrafted sockets *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants*, 2014;29:699-704; doi: 10.11607/jomi.3535
- Negri B., López Marí M., Maté Sánchez de Val J.E., Iezzi G., Bravo González L.A., Calvo Guirado J.L.; Biological width formation to immediate implants placed at different level in relation to the crestal bone: an experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 2014; 00:1-11 ;doi: 10.1111/clr.12345
- Esposito M., Ardebili Y., Worthington H.V.; Interventions for replacing missing teeth: different types of dental implants (review); *Cochrane database of systematic reviews*, 2014;22;7; doi: 10.1002/14651858.CD003815.pub4
- Canullo L., Peñarrocha Oltra D., Peñarrocha Diago M., Rocio A.G., Peñarrocha Diago M.A.; Piezoelectric vs. conventional drilling in implant site preparation: pilot controlled randomized clinical trial with crossover design; *Clinical Oral Implants Research* 2014; 25:1336-43; doi: 10.1111/clr.12278
- Lumetti S., Di Blasio A., Manfredi E., Ghiacci G., Toffoli A., Bonanini M., Macaluso G.M., Galli C.; Implant surface microtopography affects cell the pattern of cell growth, cell-to-cell contacts and the expression of connexin 43; *Clinical Oral Implant Research*, 2014; 25 Suppl 10:222
- Negri M., Galli C., Smerieri A., Macaluso G.M., Manfredi E., Ghiacci G., Toffoli A., Bonanini M., Lumetti S.; The effect of age, gender and insertion site on marginal bone loss around endosseous implants: results from a 3-year trial with premium implant system; *BioMed research International*, 2014; Article ID 369051; 7; doi: org/10.1155/2014/369051
- Quaranta A., Andreana S., Pompa G., Procaccini M.; Active implant peri-apical lesion: a case report treated via guided bone regeneration with a 5-year clinical and radiographic follow-up; *Journal of Oral Implantology* 2014;40:313-319; doi: 10.1563/AID-JOI-D-11-00214
- Bowen Antolín A., Ariño B., Arlandi Garrido M.; Regeneración ósea periimplantaria con fosfato de calcio bifásico y ácido poliláctico; *Gaceta Dental*, 2014, 260(7): 174-186
- Mainetti T., Lang N.P., Bengazi F., Favero V., Soto Cantero L., Botticelli D.; Sequential healing at implants installed immediately into extraction sockets. An experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 2014; 00:1-9; doi: 10.1111/clr.12533
- Covani U., Marconcini S., Ferrini F., Gelpi F., Finotti M., Barone A.; Post-traumatic use of dental implants immediately after tooth extraction - clinical study, *The Journal of Craniofacial Surgery*, 2014; 25:796-798; doi: 10.1097/SCS.0000000000000522
- Engelhardt S., Papacosta S., Rathe F., Ozen J., Jansen J.A., Junker R.; Annual failure rates and marginal bone-level changes of immediate compared to conventional loading of dental implants. a systematic review of the literature and meta-analysis; *Clinical Oral Implants Research* 2014;00:1-17; doi: 10.1111/clr.12363
- Romanos G.R., Javed F.; Platform switching minimises crestal bone loss around dental implants: truth or myth? *Journal of Oral Rehabilitation*, 2014; 41:700-708; doi: 10.1111/joor.12189
- Strietzel F.P., Neumann K., Hertel M.; Review article: impact of platform switching on marginal peri-implant bone-level changes. a systematic review and meta-analysis. *Clinical Oral Implant Research*, 2014; 00:1-16; doi: 10.1111/clr.12339
- Kinai B.M., Shah M., Neely A.L., Goodies H.E.; Crestal bone level changes around immediately placed implants: a systematic review and meta-analyses with at least 12 months' follow-up after functional loading; *Journal of Periodontology*, 2014; 85:1537-48; doi: 10.1902/jop.2014.130722. Epub 2014 May 2
- Covani U., Canullo L., Toti P., Alfonsi F., Barone A.; Tissue stability of implants placed in fresh extraction sockets: a 5-year prospective single-cohort study; *Journal of Periodontology*, 2014; 85:e323-332; doi: 10.1902/jop.2014.140175. Epub 2014 May 16.
- D'Ercole S., Tripodi D., Marzo G., Bernardi S., Continenza M.A., Piattelli A., Iaculli F., Mummolo S.; Microleakage of bacteria in different implant-abutment assemblies: an in vitro study; *Journal of Applied Biomaterial and Functional Materials*, 2014, accepted June 12; doi: 105301/jabfm.5000214
- Peñarrocha Oltra D., Rossetti P.H., Covani U., Galluccio F., Canullo L.; Microbial leakage at the implant/abutment connection due to implant insertion maneuvers: cross-sectional study 5 years post loading in healthy patients; *Journal of Oral Implantology*, 2014; 23 [Epub ahead of print]
- Maiorana C., Farronato D., Pieroni S., Cicciù M., Andreoni D., Santoro F.; A four-year survival rate multicenter prospective clinical study on 377 implants: correlations between implant insertion torque, diameter and bone quality; *Journal of Oral Implantology* 2014;11 [Epub ahead of print]
- Crespi R., Bruschi G.B., Capparè P., Gherlone E.; The utility of the electric mallet; *The Journal of Craniofacial Surgery*, 2014;25:793-795; doi 10.1097/SCS.0000000000000523
- Schirripa G., Schirripa F.; Carico immediato; *Numeri Uno*, 2014, 19, 22-24
- Csonka M.; Trattamento implantologico delle creste sottili: split crest o gbr? ; *Numeri Uno*, 19: 12-14, 2014
- Machín Muñoz A.; Regeneración ósea y gingival en implantes inmediatos post-extracción; *Numeri Uno* 2014; 01: 20-21
- Peñarrocha Oltra D., Peñarrocha Diago M.A., Canullo L., Covani U., Peñarrocha Diago M.; Patient-reported outcomes of immediate versus conventional loading with fixed full-arch prostheses in the maxilla: a nonrandomized controlled prospective study; *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants*, 2014;29:690-698; doi: 10.11607/jomi.3516
- Baldi D., Colombo J., Pera P., Hauschild U.; Una tecnica minimamente invasiva: implantologia con utilizzo di impianti a diametro ridotto e tecniche cad cam per una provvisorizzazione a lungo termine; *Numeri Uno*, 2014;18: 6-9
- Calesini G., Zarone F., Sorrentino R., Micarelli C., Fabianelli A., Papacchini F., Gherlone E.; Effect of 2 impression techniques on the dimensional accuracy of working implant prosthesis models: an in vitro study; *Journal of Craniofacial Surgery* 2014;25:822-827
- Pellicer Chover H., Peñarrocha Oltra D., Bagán L., Fichy Fernandez A.J., Canullo L., Peñarrocha Diago M.; Single-blind randomized clinical trial to evaluate clinical and radiological outcomes after one year of immediate versus delayed implant placement supporting full-arch prostheses; *Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal*, 2014; 19: e295-301
- Morandini E.; La precisione nel cr.co. laser sinterizzato rivestito in ceramica parte 2; *NumeriUno*, 2014;18: 16-19
- De Santis E., Lang N.P., Favero G., Beolchini M., Morelli F., Botticelli D.; Healing at mandibular block-grafted sites. an experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 2014; 00:1-7; doi: 10.1111/clr.12434
- Cocchetto R.; Improved cementation technique for implant restorations to avoid peri-implant cement remnants: clinical and microscopical evaluation with two

- different abutment design; *Clinical Oral Implants Research* 2014; 25(Suppl. 10); Doi 10.1111/clr.12458_94
- J. Viña Almunia; Microbial colonization of the implant connection with cemented versus screw-retained suprastructures
Clinical Oral Implants Research, 2014; 25; DOI 10.1111/clr.12458_91
- Cicciù M., Bramanti E., Maticena G., Guglielmino E., Risitano G.; Fem evaluation of cemented-retained versus screw-retained dental implant single-tooth crown prosthesis; *International Journal of Clinical and Experimental Medicine* 2014; 7(4):817-825
- Vischia F., Roncoroni F.; Ortodonzia protesica mediante tecnica B.O.P.T.; *Numeri Uno*, 2014;19:19-21
- Loi I.; Tecnica B.O.P.T. su denti e impianti per la riabilitazione di un'arcata completa; *Numeri Uno*, 2014;18:21-22
- Vedove F.; Riabilitazione di elemento singolo in zona estetica con impianto Prama; *Numeri Uno*, 2014;20:18-19
- Gorni F.; Riabilitazione di elemento singolo in zona estetica con impianto Prama RF; *Numeri Uno*, 2014;20:16-17
- Andreoni D.; Riabilitazione di elemento singolo in posizione 4.6 con impianto Prama; *Numeri Uno*, 2014; 20: 20-21
- Sandri L.P.; Utilizzo clinico dei nuovi impianti Prama: inserimento e riabilitazione con un singolo impianto; *Numeri Uno* 2014; 20:22-24
- Loi I.; Riabilitazione implanto-protesica di elemento incisivo frontale con impianto Prama; *Numeri Uno*, 2014;20:12-13
- Loi I.; Riabilitazione implantoprotesica di ponte distale con impianti Prama; *Numeri Uno*, 2014; 20:14-15
- Canullo L., Peñarrocha Oltra D., Marchionni S., Bagán L., Peñarrocha Diago M.A., Micarelli C.; Soft tissue cell adhesion to titanium abutments after different cleaning procedures: preliminary results of a randomized clinical trial; *Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal* 2014;19(2):e177-83
- Canullo L., Micarelli C., Bettazzoni L., Magnelli A., Baldissara P.; Shear bond strength of veneering porcelain to zirconia after argon plasma treatment; *The International Journal of Prosthodontics* 2014;27(2):137-139; doi: 10.11607/ijp.3722
- Canullo L., Micarelli C., Bettazzoni L., Koçi B., Baldissara P.; Zirconia-composite bonding after plasma of argon treatment; *The International Journal of Prosthodontics* 2014; 27:267-269; doi: 10.11607/ijp.3686
- Marchetti E., Ratta S., Mummolo S., Tecco S., Pecci R., Bedini R., Marzo G.; Evaluation of an endosseous oral implant system according to uni en iso 14801 fatigue test protocol; *Implant Dentistry*, 2014, Early View in ahead of print; doi: 10.1097/id.151
- Crespi R., Capparè P., Gastaldi G., Gherlone E.F.; Immediate occlusal loading of full-arch rehabilitations: screw-retained versus cement-retained prosthesis. an 8 year clinical evaluation; *International Journal of Oral & Maxillofacial Implants* 2014;29:1406-1411; doi: 10.11607/jomi.3746
- Peñarrocha Oltra D., Candel Martí M.E., Peñarrocha Diago M., Agustín-Panadero R., Canullo L., Peñarrocha Diago M.A.; The horizontal denture: a prosthodontic alternative for patients with severe maxillary atrophy. a technical note; *Journal of Oral Implantology* 2014; 8 [Epub ahead of print]
- Gaspari L.; Tecnica conometrica con provvisorio elettrosaldato per carico immediato; *Italian Dental Journal* 2014; 29, agosto
- Gaspari L.; Implantoprotesi conometrica elettrosaldata chairside a carico immediato - caso clinico; *Numeri Uno* 2014;18:12-14
- Pradies Ramiro G., Abad Coronel C., García Martínez I., Ferreira Navarro A.; Impresiones fiables: dos propuestas para un mismo objetivo; *Numeri Uno* 2014; 01:6-9
- Beolchini M., Lang N.L., Ricci E., Bengazi F., Garcia Triana B., Botticelli D.; Influence on alveolar resorption of the buccal bony plate width in the edentulous ridge expansion (e.r.e.) - an experimental study in the dog; *Clinical Oral Implant Research*, 2013; 00:1-6; doi: 10.1111/clr.12308
- Petrillo N.; Carico immediato full-arch mascellare e mandibolare: un nuovo approccio chirurgico e protesico; *Il Dentista Moderno*, 2013, Novembre: 82-96
- Sisti A., Mottola M.P., Mottola P.; Riabilitazione bilaterale con chirurgia guidata; *Numeri Uno*, 2013; 16:16-18
- Ponzi A.; Echoplan: accuracy dell'implantologia guidata; *Numeri Uno*, 2013;16:12-13
- Morandini E.; La precisione nel cr.co. laser sinterizzato rivestito in ceramica parte 1; *NumeriUno*, 2013; 17: 9-11
- Figliuzzi M. M., De Fazio R., Tiano R., Scordamaglia F., Fortunato L.; Riabilitazione con impianto post-estrattivo immediato in zona estetica: case report; *Numeri Uno*, 17, 2013, 21-22
- Canullo L., Cicchese P., Marinotti F.; Riabilitazione implanto-supportata di entrambi i mascellari edentuli con carico immediato; *Numeri Uno*, 2013; 16, 14-15
- Beolchini M., Lang N.L., Viganò P., Bengazi F., Triana B.G., Botticelli D.; The edentulous ridge expansion (ere) technique: an experimental study in the dog; *Clinical Oral Implant Research*, 2013; 25:1207-1211; doi: 10.1111/clr.12263. Epub 2013 Sep 12
- Bengazi F., Botticelli D., Favero V., Perini A., Urbizo Velez J., Lang N.P.; Influence of presence or absence of keratinized mucosa on the alveolar bony crest level as it relates to different buccal marginal bone thicknesses. an experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 2014; 25:1065-71 ;doi: 10.1111/clr.12233. Epub 2013 Jul 29.
- Crespi R., Capparè P., Gherlone E.F.; Electrical mallet in implants placed in fresh extraction sockets with simultaneous osteotome sinus floor elevation; *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants* 2013;28:869-874; doi: 10.11607/jomi.2679
- Crespi R., Capparè P., Gherlone E.F.; Electrical mallet provides essential advantages in split-crest and immediate implant placement; *International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery* 2014;18:59-64; doi: 10.1007/s10006-013-0389-2. Epub 2013 Jan 18
- Csonka M.; Split crest di una cresta molto sottile con il magnetic mallet; *Numeri Uno*, 2013;16:22-23
- Calesini G., Scipioni A.; Approccio rigenerativo sistematico finalizzato all'integrazione morfo-funzionale in implantoprotesi
Numeri Uno, 16: 6-9, 2013
- Bressan E., Lang N.P., Corazza B., Rizzi S., Almagro Urrutia Z., Botticelli D.; The platform switching concept revisited. an experimental study in dogs. *Clinical Oral Implant Research*, 2013; 00:1-7; doi: 10.1111/clr.12262
- Corrente G., Abundo R., Greppi M., Perelli M., Villa A.; Posizionamento implantare e ricostruzione dei tessuti duri e molli: un protocollo semplificato; *Numeri Uno*, 2013, 17:14-17
- Guidi R., Viscioni A., Dattola F., Carinci F.; Dental implants inserted in native bone: cases series analyses.; *Dental Research Journal* 2012;9:s175-180; doi: 10.4103/1735-3327.109747
- Canullo L., Cicchese P., Marinotti F.; Valutazione di una procedura clinica e tecnica per la riabilitazione di mascellari edentuli; *Il dentista moderno*, 2012; Marzo: 86-102
- Covani U., Ricci M., Tonelli P., Barone A.; An evaluation of new designs in implant-abutment connections: a finite element method assessment; *Implant Dentistry / volume 22, Number 3* 2013; DOI: 10.1097/ID.0b013e318292625f
- Micarelli C., Canullo L., Grusovin M.G., Peñarrocha Oltra D.; Cell adhesion to titanium abutments after different cleaning procedures; *Clinical Oral Implants Research* 2013;24,79-102 (Suppl. 9); doi: 10.11607/jomi.2664
- Canullo L., Peñarrocha Oltra D., Covani U., Micarelli C., Massidda O.; Hard tissue response to plasma of argon cleaning treatment on titanium abutments: 2-year follow-up rct; *Clinical Oral Implants Research* 2013; 24:27-47 (Suppl. 9)
- Canullo L., Peñarrocha Oltra D., Micarelli C., Massidda O., Bazzoli M.; Risposta dei tessuti duri alla pulizia con plasma di argon/sterilizzazione di pilastri in titanio individualizzati, vs pulizia di 5 secondi con vapore: risultati di un studio controllato randomizzato in pazienti con una situazione parodontale favorevole con follow-up a 2 anni dal carico; *European Journal of Oral Implantology* 2013;6(3):251-60
- Canullo L., Peñarrocha Oltra D., Clementini M., Iannello G., Micarelli C.; impact of plasma of argon cleaning treatment on implant abutments in patients with a history of periodontal disease and thin biotype: radiographic results at 24-month follow-up of a rct; *Clinical Oral Implants Research* 2015;26(1):8-14; doi: 10.1111/clr.12290. Epub 2013 Nov 6
- Canullo L., Cassinelli C., Götz W., Tarnow D.; Plasma of argon accelerates murine fibroblast adhesion in early stages of titanium disk colonization; *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants* 2013;28(4):957-62; doi: 10.11607/jomi.2664
- Avellino W., De Maria A., Milan U., Tamagnone L., Delle Rose D.; Direct prosthetic framework (D.P.F.)
Numeri Uno, 2013; 17:18-20
- Agustín Panadero R., Fons Font A., Román Rodríguez J.L., Solá Ruiz M.F., Cebriá J.R.; Sobredentadura implantosoportada de inserción horizontal; *Gaceta Dental* 249, 2013; 100-112
- Sandri L.P.; Preparazione protesica mediante tecnica B.O.P.T.: caso clinico; *Numeri Uno*, 2013;17:6-8
- Canullo L., Cicchese P., Marinotti F., Sisti A.; Strategia protesica minimamente invasiva negli impianti post-estrattivi: posizionamento e avvimento; *Il Dentista Moderno*, 2011, Dicembre: 46-54
- Bengazi F., Lang NP, Caroprese M, Velez JU, Favero V, Botticelli D; Dimensional changes in soft tissues around dental implants following free gingival grafting: an experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research* 26, 176-182, 2015, doi: 10.1111/clr.12280
- Micarelli C, Canullo L, Giuliano I; Implant/abutment connection deformation after prosthetics procedures - an in vitro study ; *International Journal of Prosthodontics*, 1-9,2014, Early view in ahead of print, accepted July 21st, 2015 doi to be attributed
- Peñarrocha-Oltra D, Covani U, Peñarrocha M, Peñarrocha-Diago M.; Immediate versus conventional loading with fixed full-arch prostheses in mandibles with failing dentition: a prospective controlled study; *International Journal of Oral and Maxillofacial Implants* 30, 2015:427-434; doi: 10.11607/jomi.3534
- Prati C, Zamparini F, Ciulla A, Buonavoglia A, Gatto MR, Piattelli A, Gandolfi MG; Evaluation of marginal bone level of Premium implants: XXIII Congress SIO, Milano 6-7 febbraio Poster; 2015
- Gandolfi MG, Siboni F, Piattelli A, Prati C; Nano-topography, microchemical properties and calcium phosphate nucleation of Premium implants: 30th Annual Congress, American Academy of Osseointegration, San Francisco, 12-14 March Poster ; 2015 Id 2088727
- Guazzotti PP; Carico immediato di impianti post estrattivi: presentazione di un caso clinico full-arch; *Doctor Os*, XXVI, 01, gennaio 24-29 ; 2015
- Peñarrocha-Oltra D, Rossetti PHO, Covani U, Galluccio F, Canullo L; Microbial leakage at the implant/abutment connection due to implant insertion maneuvers: cross-sectional study 5 years post loading in healthy patients.; *Journal of Oral Implantology*, accepted for publication January 2015
- Agustín-Panadero R., Serra-Pastor B., Chust-López C., Fons-Font A., Ferreira OA. ; Immediate placement of single implant simultaneously with immediate loading in a fresh socket associated to periapical infection: A clinical case report; *Journal of Clinical and Experimental Dentistry*. ;7(1), 2015:175-9
- Canullo L., Peñarrocha-Oltra D., Covani U., Botticelli D., Serino G., Peñarrocha M.; Clinical and microbiological findings in patients with peri-implantitis: a cross-sectional study; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 1-7,2015 ; doi: 10.1111/

clr.12557

- Mainetti T, Lang NP, Bengazi F, Favero V, Soto Cantero L, Botticelli D; Sequential healing at implants installed immediately into extraction sockets. An experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 1-9, 2014, doi: 10.1111/clr.12533
- Beolchini M, Lang NP, Gomez Moreno G, Iezzi G, Botticelli D, Calvo Guirado JL; Bone healing at implants with different surface configuration: an experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research* 00, 1-7, 2015, doi: 10.1111/clr.12562
- Borgia V, Alfonsi F, Toti P, Tonelli P, Covani U, Barone A; Immediate restoration of post-extraction implants. A 7 years prospective single cohort study.; 30th Annual Congress, American Academy of Osseointegration, San Francisco, 12-14 March Poster; 2015
- Kern JS, Kern T, Wolfart S, Heussen N; A systematic review and meta-analysis of removable and fixed implant-supported prostheses in edentulous jaws: post-loading implant loss; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 1-22, 2015, doi: 10.1111/clr.12531
- Crespi R, Bruschi GB, Gastaldi G, Capparè P, Gherlone EF; Immediate loaded implants in split-crest procedure; *Clin Implant Dent Relat Res.*, Mar 17. 2015 doi: 10.1111/cid.12316
- Martín Anciburo Miguel Ángel; Rehabilitación unitaria implantosoportada utilizando la técnica B.O.P.T.; *Numeri Uno* 04, 2015: 11-14
- Requena Gómez E., Cervantes Haro MN, Aragoneses Lamas JM; ¿Es la cirugía guiada junto a la carga inmediata una técnica predecible? A propósito de un caso clínico; *Numeri Uno* 04, 2015: 16-19
- Canullo L, Peñarrocha-Oltra D, Marchionni S, Bagán L, Peñarrocha-Diogo MA, Micarelli C.; Soft tissue cell adhesion to titanium abutments after different cleaning procedures: Preliminary results of a randomized clinical trial.; *Medicina Oral y Patología Oral Cirugía Bucal*, published on line 2013 Oct 13, 2014 Mar 1;19(2): el 77-83, doi: 10.4317/medoral.19329
- Pellicer-Chover H, Peñarrocha-Oltra D, Bagán L, Fichy-Fernandez AJ, Canullo L, Peñarrocha-Diogo M; Single blind randomized clinical trial to evaluate clinical and radiological outcomes after one year of immediate versus delayed implant placement supporting full-arch prosthesis; *Medicina Oral y Patología Oral Cirugía Bucal*, 1; 19(3), 2014: 295-301, doi: 10.4317/medoral.19536
- Crespi R, Capparè P, Polizzi E, Gherlone E; Fresh-socket implants of different collar length: Clinical evaluation in the aesthetic zone; *Clinical Implant Dentistry and Related research*, 00, 2014 : 1-8, early view in ahead of print, first published on line 7 Feb 2014 doi 10.1111/cid.12202
- Negri B, López Mari M, Maté Sánchez de Val JE, Iezzi G, Bravo González LA, Calvo Guirado JL; Biological width formation to immediate implants placed at different levels in relation to the crestal bone - an experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2014: 1-11, Early view in ahead of print, accepted 06 January 2014 doi 10.1111/clr.12345,
- Strietzel FP, Neumann K, Hertel M; Impact of platform switching on marginal peri-implant bone-level changes. A systematic review and meta-analysis; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2014: 1-16, Early view in ahead of print, accepted 11 December 2013, doi 10.1111/clr.123339
- Peñarrocha-Oltra D, Candel-Marti E, Peñarrocha-Diogo M, Augustin-Panadero R, Canullo L, Peñarrocha M; The Horizontal Denture®: a prosthodontic alternative for Severe Maxillary Atrophy. A technical note; *Journal of Oral Implantology*, Early view in ahead of print, accepted 8 January 2014, 2014
- Maiorana C, Farronato D, Pieroni S, Ciccù M, Andreoni D, Santoro F; A four-year survival rate multicenter prospective clinical study on 377 implants - correlations between implant insertion torque, diameter and bone quality; *Journal of Oral Implantology*, 2014, Early view in ahead of print, accepted 11 February 2014
- Canullo L, Peñarrocha-Oltra D, Soldini C, Mazzocco F, Peñarrocha M, Covani U; Microbiological assessment of the implant-abutment interface in different connections: cross-sectional study after 5 years of functional loading; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2014: 1-9, Early view in ahead of print, accepted 22 February 2014, doi 10.1111/clr.12383
- Mainetti T, Lang N, Bengazi F, Sbricoli L, Soto Cantero L, Botticelli D.; Immediate loading of implants installed in a healed alveolar bony ridge or immediately after tooth extraction: an experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2014: 1-8, Early view in ahead of print, accepted 5 March 2014, doi 10.1111/clr.12389
- Engelhardt S, Papacosta S, Rathe F, Ozen J, Jansen J.A., Junker R.; Annual failure rates and marginal bone-level changes of immediate compared to conventional loading of dental implants. A systematic review of the literature and meta-analysis; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2014: 1-17, Early view in ahead of print, accepted 9 February 2014, doi 10.1111/clr.12363
- Bruschi GB, Crespi R, Capparè P, Grande N, Bruschi E, Gherlone E; Radiographic evaluation of crestal bone levels of delayed implants at 5 medium term follow up; *International Journal of Oral & Maxillofacial Implants*, 29;2014: 441-447 doi 10.11607/jomi.3254
- Sbordone C, Toti P, Martuscelli R, Guidetti F, Sbordone L, Ramaglia L; A 5-year implant follow-up in maxillary and mandibular horizontal osseous onlay grafts and native bone; *Journal of Oral Implantology*, Early view in ahead of print, accepted 4 March 2014; 2014
- Canullo L, Micarelli C, Bettazzoni L, Magnelli A, Baldissara P; Shear bond strength of veneering porcelain to zirconia after argon plasma treatment; *International Journal of Prosthodontics*, Mar-Apr, 27(2), 2014: 137-9, 2014 doi: 10.11607/ijp.3722
- Canullo L, Micarelli C, Bettazzoni L, Koçi B, Baldissara P; Zirconia-Composite bonding after argon treatment; *International Journal of Prosthodontics*, 27:267-269, 2014, doi: 10.11607/ijp.3686
- Peñarrocha-Oltra D, Peñarrocha-Diogo M, Canullo L, Covani U, Peñarrocha Miguel; Patient-reported outcomes of immediate versus conventional loading with fixed full-arch prostheses in the maxilla: a non-randomized controlled prospective study; *The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants*, 29 (3), 690-698; 2014
- Covani U, Canullo L, Toti P, Alfonsi F, Barone A; Tissue stability of implants placed in fresh extraction sockets - a 5 year prospective single cohort study; *Journal of Periodontology*, 85: 323-332, 2014, doi 10.1902/jop2014.140175
- De Santis E, Lang NP, Favero G, Beolchini M, Morelli F, Botticelli D.; Healing at mandibular block-grafted sites. An experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2014: 1-7, Early view in ahead of print, accepted 17 May 2014, doi 10.1111/clr.12434
- Crespi R, Bruschi GB, Capparè P, Gherlone E.; The utility of the electric mallet; *The Journal of Craniofacial Surgery*, 25 May (3), 793-795, 2014, doi 10.1097/SCS.0000000000000523;2014
- Covani U, Marconcini S, Ferrini F, Gelpi F, Finotti M, Barone A.; Post-traumatic use of dental implants immediately after tooth extraction - clinical study; *The Journal of Craniofacial Surgery*, 25 May (3), 796-798, 2014, doi 10.1097/SCS.0000000000000522
- Calesini G, Zarone F, Sorrentino R, Micarelli C, Fabianelli A, Papacchini F, Gherlone E.; Effect of 2 impression techniques on the dimensional accuracy of working implant prosthesis models - an in vitro study; *The Journal of Craniofacial Surgery*, 25 May (3), 822-827, 2014, doi 10.1097/SCS.0000000000000715
- Quaranta A, Andreana S, Pompa G, Procaccini M; Active implant peri-apical lesion - a case report treated via guided bone regeneration with a 5-year clinical and radiographic follow-up; *Journal of Oral Implantology*, 40 (3), 313-319, 2014, doi: 10.1563/AAL.JOI.D.11.00214
- J. Viña-Almunia; Microbial colonization of the implant connection with cemented versus screw-retained suprastructures; Oral presentation, Clinical research - Prosthodontically oriented
- EAO Congress, Rome 25-27 September 2014, *Clinical Oral Implant Research*, 25 (suppl. 10), 93, 2014
- Cocchetto R.; Improved cementation technique for implant restorations to avoid periimplant cement remnants: clinical and microscopic evaluation with two different abutment design; Oral presentation, Clinical research - Prosthodontically oriented
- EAO Congress, Rome 25-27 September 2014, *Clinical Oral Implant Research*, 25 (suppl. 10), 96; 2014
- Augustin-Panadero R, Serra-Pastor B, Roig-Vanaclocha A, Román-Rodríguez JL, Fons-Font A; Mechanical behavior of provisional implant prosthetic abutments; *Medicina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal*, 1-9, 2014, Early view in ahead of print, accepted July 2014, doi 10.4317/medoral.19958,
- Micarelli C, Canullo L, Giuliano I.; Implant/abutment connection deformation after prosthetics procedures - an in vitro study; *International Journal of Prosthodontics*, 1-9,2014, Early view in ahead of print, accepted July 21st, 2015 doi to be attributed
- Kinaia BM, Shah M, Neely AL, Goodies HE; Crestal bone level changes around immediately placed implants - A systematic review and meta-analyses with at least 12 months follow up after functional loading; *Journal of Periodontology*, 2014, early view in ahead of print, doi: 10.1902/jop2014.130722;2014
- Ciccù M, Bramanti E, Matakana G, Guglielmino E, Risistano G.; FEM evaluation of cemented-retained versus screw-retained dental implant single-tooth crown prosthesis; *International Journal of Clinical and Experimental Medicine* 7(4), 2014: 817-825; doi: 1940-5901.ijcem.1402025
- Crespi R, Capparè P, Polizzi EM, Gherlone EF.; Tissue remodeling after bone expansion in grafted and ungrafted sockets; *The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants*, 29, 2014: 699-704., doi: 10.11607/jomi.3535
- Bruschi GB, Crespi R, Capparè P, Gherlone E.; Clinical Study of flap design to increase the keratinized gingiva around implants - a 4 year follow-up; *Journal of Oral Implantology*, 40(4), 2014: 459-464, doi: 10.1563/aiid-joi-d-11-00236
- Romanos GR, Javed F.; Platform switching minimises crestal bone loss around dental implants - truth or myth?; *Journal of Oral Rehabilitation*, 2014, early view in ahead of printing, accepted for publication 30 April 2014, doi 10.1111/joor.12189
- Gaspari L.; Tecnica conometrica con provvisorio elettrosaldato per carico immediato; *Italian Dental Journal*, agosto, 29; 2014
- Lumetti S, Galli C, Smerieri A, Macaluso G, Manfredi E, Ghiacci G, Di Blasio A, Megri M.; The effect of age, gender and insertion site on marginal bone loss around endosseous implants: results for a 3 year trial; Poster, EAO Congress, Rome 25-27 September 2014, *Clinical Oral Implant Research*, 25 (suppl. 10), 440; 2014
- Lumetti S, Di Blasio A, Manfredi E, Ghiacci G, Toffoli A, Bonanini M, Macaluso G, Galli C.; Implant surface microtopography affects the pattern of cell growth, cell-to-cell contacts and the expression of Connexin 43; Poster, EAO Congress, Rome 25-27 September 2014, *Clinical Oral Implant Research*, 25 (suppl. 10), 222; 2014
- Caneva M, Lang NP, Calvo Guirado JL, Spriano AM, Iezzi G, Botticelli D.; Bone healing at bicortically installed implants with different surface configurations. An experimental study in rabbits; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2014: 1-7, Early view in ahead of printing, accepted 29 July 2014, doi:10.1111/clr.12475
- D'Ercole S, Tripodi D, Marzo G, Bernardi S, Continenza MA, Piattelli A, Iaculli F, Mummolo S.; Microleakage of bacteria in different implant-abutment assemblies: an in vitro study; *Journal of Applied Biomaterial and Functional Materials*, 2014, accepted June 12, 2014, doi: 105301/jabfm.5000214
- Peñarrocha-Oltra D, Peñarrocha-Diogo M, Aloy-Prosper A, Covani U, Peñarrocha M.; Immediate versus conventional loading of complete-arch implant-supported prostheses in mandibles with failing dentition: a patient centered controlled prospective study; *Journal of oral and Maxillofacial Implants*, submitted; 2014
- Bowen Antolin A, Ariño B, Arlandi Garrido M.; Regeneración ósea periimplanta-

- ria con fosfato de calcio bifásico y ácido poliláctico; *Gaceta Dental*, 260(7), 2014: 174-186;
- Morelli F, Lang NP, Bengazi F, Baffone D, Vila Morales CD, Botticelli D.; Influence of bone marrow on osseointegration in long bones: an experimental study in sheep; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 1-7, 2014, Early view in ahead of printing, accepted 29 August 2014, doi:10.1111/clr.12487
- Marchetti E, Ratta S, Mummolo S, Tecco S, Pecci R, Bedini R, Marzo G.; Evaluation of an endosseous oral implant system according to UNI EN ISO 14801 Fatigue Test Protocol; *Implant Dentistry*, 2014, Early View in ahead of print, doi: 10.1097/id.151
- Negri M., Galli C, Smerieri A, Macaluso GM, Manfredi E, Ghiacci G, Toffoli A, Bonanini M, Lumetti S; The effect of age, gender and insertion site on marginal bone loss around endosseous implants: results from a 3-year trial with Implant System; *BioMed research International*, Volume 2014, Article ID 369051, 7 pages, doi.org/10.1155/2014/369051
- Esposito M, Ardebili Y, Worthington HV; Interventions for replacing missing teeth: different types of dental implants (Review); *The Cochrane Collaboration*, John Wiley and Sons, Ltd; 2014
- Mainetti T, Lang NP, Bengazi F, Favero V, Soto Cantero L, Botticelli D; Sequential healing at implants installed immediately into extraction sockets. An experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 1-9, 2014, doi: 10.1111/clr.12533
- Crespi R, Cappare P, Gastaldi G, Gherlone EF; Immediate Occlusal loading of full-arch rehabilitations: screw-retained versus cement-retained prosthesis. An 8 year clinical evaluation; *International Journal of Oral & Maxillofacial Implants* 29, 2014:1406-1411; doi: 10.11607/jomi.3746
- Pradies Ramiro G., Abad Coronel C., García Martínez I., Ferreira Navarro A.; Impresiones fiables: dos propuestas para un mismo objetivo; *Numeri Uno*, 01, 2014, 6-9
- Machín Muñoz A.; Regeneración ósea y gingival en implantes inmediatos post-extracción; *Numeri Uno* 01, 2014: 20-21
- Loi I.; Riabilitazione implanto-protetica di elemento incisivo frontale con impianto Prama; *Numeri Uno* 20, 2014: 12-13
- Loi I.; Riabilitazione implanto-protetica di ponte distale con impianti Prama; *Numeri Uno* 20, 2014: 14-15
- Gorni F.; Riabilitazione di elemento singolo in zona estetica con impianto Prama RF; *Numeri Uno* 20, 2014: 16-17
- Vedove F.; Riabilitazione di elemento singolo in zona estetica con impianto Prama; *Numeri Uno* 20, 2014: 18-19
- Andreoni D.; Riabilitazione di elemento singolo in posizione 4.6 con impianto Prama; *Numeri Uno* 20, 2014: 20-21
- Sandri L.P.; Utilizzo clinico dei nuovi impianti Prama: inserimento e riabilitazione con un singolo impianto; *Numeri Uno* 20, 2014: 22-24
- Csonka M.; Trattamento implantologico delle creste sottili: Split Crest o GBR?; *Numeri Uno* 19, 2014: 12-14
- Vischia F., Roncoroni F.; Ortodonzia protesica mediante tecnica B.O.P.T.; *Numeri Uno* 19, 2014: 19-21
- Schirripa G., Schirripa F.; Carico immediato; *Numeri Uno* 19, 2014: 22-24
- Baldi D., Colombo J., Pera P., Hauschild U.; Una tecnica minimamente invasiva: implantologia con utilizzo di impianti a diametro ridotto e tecniche CAD CAM per una provvisoria a lungo termine; *Numeri Uno* 18, 2014: 6-9
- Gaspari L.; Implantoprotesi conometrica elettrosaldada chairside a carico immediato - caso clinico; *Numeri Uno*, 18, 2014:12-14
- Loi I.; Tecnica B.O.P.T. su denti e impianti per la riabilitazione di un'arcata completa; *Numeri Uno* 18, 2014:21-22
- Morandini E. ; La precisione nel Cr.Co. laser sinterizzato rivestito in ceramica; *NumeriUno* 17, 2013: 9-11 - *NumeriUno* 18, 2014: 16-19
- Loi I.; Técnica B.O.P.T. sobre dientes naturales; *Numeri Uno* 02, 2014: 8-9
- Loi I.; Técnica B.O.P.T. sobre dientes e implantes para la rehabilitación de los dos arcos completos; *Numeri Uno* 02, 2014 : 14
- Canullo L, Cassinelli C, Goetz W, Tarnow D; Il plasma di argon accelera l'adesione dei fibroblasti murini nelle fasi precoci della colonizzazione di dischetti in titanio; *International Journal of Oral and Maxillofacial Implants* 2013; 28: 957-962. DOI: 10.11607/jomi.2664
- Bengazi F, Botticelli D, Favero V, Perini A, Urbizo Velez J, Lang NP ; Influence of presence or absence of keratinized mucosa on the alveolar bony crest level as it relates to different buccal margin bone thicknesses. An experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2013, 1-7, Accepted 26 June 2013, first published on line on 29/07/2013, DOI 10.1111/clr.12233
- Peñarrocha-Oltra D, Covani U, Aparicio A, Ata-Ali J, Peñarrocha-Diago Miguel, Peñarrocha-Diago María; Immediate versus conventional loading for the maxilla with implants placed into fresh and healed extraction sites to support a full-arch fixed prosthesis: nonrandomized controlled clinical study; *International Journal of Oral and Maxillofacial Implants* 2013; 28: 1116-1124 DOI: 10.11607/jomi.3119
- Covani U, Ricci M, Tonelli P, Barone A; An evaluation of new designs in implant-abutment connections: a finite element method assessment; *Implant Dentistry*, 2013, Jun22(3): 263-267, DOI 10.1097/ID.0b013e318292625f
- Crespi R, Cappare P, Gherlone EF, ; Electrical mallet in implants placed in fresh extraction sockets with simultaneous osteotome sinus floor elevation; *International Journal of Oral and Maxillofacial Implants*, 2013; 28(3): 869-874, doi: 10.11607/jomi.2679
- Panadero RA, Fons Font A, Granell Ruiz M, Román Rodríguez JL, Solá Ruiz MF, Rubio Cebriá J; Sobredentadura implantosoportada de inserción horizontal; *Gaceta Dental*, 249: 100-112, 2013
- Beolchini M, Lang NL, Viganò P, Bengazi F, Triana BG, Botticelli D; The edentulous ridge expansion (ERE) technique - an experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant research*, 2013: 1-7, published on line early view in ahead of print in September 2013, doi: 10.1111/clr.12262
- Bressan E., Lang NP, Corazza B, Rizzi S, Almagro Urrutia Z, Botticelli D; The Platform Switching concept revisited. An experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant research*, 2013: 1-5, published on line early view in ahead of print in September 2013, doi: 10.1111/clr.12263
- Crespi R, Cappare P, Gherlone EF, ; Electrical mallet provides essential advantages in split-crest and immediate implant placement ; *Oral and Maxillofacial Surgery*, 2013, (18): published on line early view in ahead of print in January 2013, doi: 10.1007/s10006-013-0389-2
- Canullo L, Peñarrocha-Oltra D, Marchionni S, Bagán L, Peñarrocha-Diago MA, Micarelli C.; Soft tissue cell adhesion to titanium abutments after different cleaning procedures: Preliminary results of a randomized clinical trial.; *Medicina Oral y Patología Oral Cirugía Bucal*, published on line 2013 Oct 13, 2014 Mar 1;19(2): el 77-83, doi: 10.4317/medoral.19329
- Canullo L, Peñarrocha D, Peñarrocha M, Rocío A-G, Peñarrocha-Diago M.; Piezoelectric vs. conventional drilling in implant site preparation: pilot controlled randomized clinical trial with crossover design.; *Clinical Oral Implant Research* 00, 2013, 1-8, published on line early view in ahead of print in October 2013, doi: 10.1111/clr.12278
- Micarelli C, Canullo L, Grusovin MG, Peñarrocha Oltra D, ; Cell adhesion to titanium abutments after different cleaning procedures; *Clinical Oral Implant Research*, 24(Suppl.9), 2013 : 79-102
- Canullo L, Peñarrocha D, Covani U, Micarelli C, Massidda O, ; Hard Tissue response to plasma of argon cleaning treatment on titanium abutments - 2 year follow-up RCT; *Clinical Oral Implant Research*, 24(Suppl.9), 27-47, 2013
- De Risi V, Clementini M, Vittorini G, Mannocci A, De Sanctis M; Alveolar ridge preservation techniques: a systematic review and meta-analysis of histological and histomorphometrical data; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2013: 000-000, Early view in ahead of print, accepted September 2013, doi 10.1111/clr.12288
- Canullo L, Peñarrocha D, Clementini M, Iannello G, Micarelli C; Impact of plasma of argon cleaning treatment on implant abutments in patients with a history of periodontal disease and thin biotype - radiographic results at 24 months follow-up of a RCT; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2013: 000-000, Early view in ahead of print, accepted 18 September 2013, doi 10.1111/clr.12290
- Canullo L, Peñarrocha D, Micarelli C, Massidda O, Bazzoli M; Hard tissue response to argon plasma cleaning / sterilization of customised titanium abutments versus 5-second steam cleaning: results of a 2-year post-loading follow-up from an explanatory randomized controlled trial in periodontally healthy patients; *European Journal of Oral Implantology*, Autumn ; 6(3), 2013:251-60
- Petrillo N.; Carico immediato full arch mascellare e mandibolare: un nuovo approccio chirurgico e protesico; *Il Dentista Moderno*, 2013 Novembre 2013: 82-96
- Baffone G, Lang NP, Pantani F, Favero G, Ferri M, Botticelli D; Hard and soft tissue changes around implants installed in regular-sized and reduced alveolar bony ridges. An experimental study in dogs; *Clinical Oral Implant Research*, 00, Early view in ahead of print, accepted 28 October 2013: 1-6, doi 10.1111/clr.12306
- Beolchini M, Lang NL, Ricci E, Bengazi F, Garcia Triana B, Botticelli D; Influence on alveolar resorption of the buccal bony plate width in the edentulous ridge expansion (E.R.E.) - an experimental study in the dog; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2013: 1-6, Early view in ahead of print, accepted 28 October 2013doi 10.1111/clr.12308
- Strietzel FP, Neumann K, Hertel M ; Impact of platform switching on marginal peri-implant bone-level changes. A systematic review and meta-analysis; *Clinical Oral Implant Research*, 00, 2014: 1-16, Early view in ahead of print, accepted 11 December 2013, doi 10.1111/clr.123339
- Morandini E. ; La precisione nel Cr.Co. laser sinterizzato rivestito in ceramica; *NumeriUno* 17, 2013: 9-11 - *NumeriUno* 18, 2014: 16-19
- Sandri L.P. ; Preparazione protesica mediante tecnica B.O.P.T.: caso clinico; *Numeri Uno* 17, 2013 :6-8
- Corrente G., Abundo R., Greppi M., Perelli M., Villa A.; Posizionamento implantare e ricostruzione dei tessuti duri e molli: un protocollo semplificato; *Numeri Uno* 17, 2013:14-17
- Avellino W., De Maria A., Milan U., Tamagnone L., Delle Rose D.; Direct Prosthetic Framework (D.P.F.); *Numeri Uno*, 17, 2013: 18-20
- Figliuzzi M. M., De Fazio R., Tiano R., Scordamaglia F., Fortunato L.; Riabilitazione con impianto post-estrattivo immediato in zona estetica: Case Report; *Numeri Uno* 17, 2013:21-22
- Fadda M.; Caso clinico con M.F. Extrusion; *Numeri Uno*, 17, 2013:26
- Cardarelli F.; Effetti dentofacciali della terapia ortodontica in dentizione mista per la correzione delle II Classi; *Numeri Uno* 17, 2013: 28-31
- Calesini G., Scipioni A.; Approccio rigenerativo sistematico finalizzato all'integrazione morfo-funzionale in implantoprotesi; *Numeri Uno* 16, 2013: 6-9
- Ponzi A.; Echo Plan: accuracy dell'implantologia guidata; *Numeri Uno* 16, 2013: 12-13
- Canullo L., Cicchese P., Marinotti F.; Riabilitazione implanto-supportata di entrambi i mascellari edentuli con carico immediato; *Numeri Uno* 16, 2013: 14-15
- Sisti A., Mottola M.P., Mottola P.; Riabilitazione bilaterale con chirurgia guidata; *Numeri Uno* 16, 2013: 16-18
- Csonka M.; Split crest di una cresta molto sottile con il Magnetic Mallet; *Numeri Uno* 16, 2013: 22-23



rev. 05-18
v.sb



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ireland Ltd - Ireland

info.uk@sweden-martina.com

Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.

info.us@sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España

info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Lda - Portugal

info.pt@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Gli impianti, le componenti protesiche e gli strumenti chirurgici presenti nella pubblicazione sono Dispositivi Medici e sono fabbricati da Sweden & Martina S.p.A. Gli articoli presenti sono conformi alle norme ISO 9001 e ISO 13485 e sono registrati con marchio CE (Classe I) e CE0476 (Classe IIA e Classe IIB) in accordo con il Regolamento (UE) Dispositivi Medici n. 2017/745. Essi sono conformi al QSR e al 21 CFR parte 820 e sono approvati FDA.

Lo stabilimento Sweden & Martina produce Dispositivi Medici in accordo alle cGMP vigenti in USA e in altri paesi del mondo.



Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.

Tutti i marchi presenti nella pubblicazione sono proprietà di Sweden & Martina, con eccezione dei prodotti per i quali è diversamente indicato.

Questi prodotti sono destinati agli studi medici e ai laboratori, la loro vendita non è rivolta al paziente.

È vietato rivendere, duplicare o divulgare i prodotti contenuti nella presente pubblicazione senza il consenso scritto di Sweden & Martina S.p.A.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, incluse indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali effetti collaterali, si faccia riferimento al sito web di Sweden & Martina S.p.A.

I contenuti sono aggiornati al momento della pubblicazione. Contattare l'azienda Sweden & Martina per gli aggiornamenti successivi.